Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061523\
Data File : VN078231.D
Acq On : 15 Jun 2023 16:21
Operator : JC\MD
Sample : 03170-03DL 20X
Misc : 5.06g/10mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
AUD-1971DL

Quant Time: Jun 15 16:38:35 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	430215	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	788380	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	716312	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	236841	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	306764	53.480	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 106.960%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	273328	54.832	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 109.660%			
50) Toluene-d8	10.576	98	923941	48.079	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 96.160%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	300549	50.309	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 100.620%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.442	43	384608	232.947	ug/l	92
52) Toluene	10.635	92	209319	15.531	ug/l	96
68) m/p-Xylenes	12.070	106	10143	1.006	ug/l	99
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.488	105	22365	1.272	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061523\
Data File : VN078231.D
Acq On : 15 Jun 2023 16:21
Operator : JC\MD
Sample : 03170-03DL 20X
Misc : 5.06g/10mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
AUD-1971DL

Quant Time: Jun 15 16:38:35 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration