Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061825\
Data File : VN087081.D
Acq On : 18 Jun 2025 13:34
Operator : JC\MD
Sample : Q2339-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
MH-C

Quant Time: Jun 19 01:27:33 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060625W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 07 02:12:50 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.236	168	194601	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	394387	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	359527	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.788	152	166703	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	141721	54.393	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 108.780%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	120405	51.516	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 103.040%			
50) Toluene-d8	10.571	98	489109	52.862	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 105.720%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.847	95	169746	49.380	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 77 - 121		Recovery = 98.760%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.453	43	41726	30.199	ug/l	97
18) Methyl Acetate	5.053	43	24199	6.010	ug/l	96
20) Methylene Chloride	5.295	84	10072	3.894	ug/l	91
37) Ethyl Acetate	7.577	43	16981	3.830	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	10380	1.459	ug/l	95

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061825\
Data File : VN087081.D
Acq On : 18 Jun 2025 13:34
Operator : JC\MD
Sample : Q2339-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
MH-C

Quant Time: Jun 19 01:27:33 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060625W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 07 02:12:50 2025
Response via : Initial Calibration