Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062023\
Data File : VN078309.D
Acq On : 20 Jun 2023 15:00
Operator : JC\MD
Sample : 03321-17
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
WC-20

Quant Time: Jun 21 05:47:19 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	447907	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	832015	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	789707	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	250597	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	316872	53.060	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 106.120%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	293883	55.864	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 111.720%			
50) Toluene-d8	10.571	98	999352	49.276	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 98.560%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	323365	51.289	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 102.580%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.453	43	26135	15.204	ug/l	99
20) Methylene Chloride	5.289	84	17274	3.041	ug/l #	77
37) Ethyl Acetate	7.571	43	62732	10.642	ug/l #	95
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	311031	27.589	ug/l #	82

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062023\
Data File : VN078309.D
Acq On : 20 Jun 2023 15:00
Operator : JC\MD
Sample : 03321-17
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
WC-20

Quant Time: Jun 21 05:47:19 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration