Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062023\
Data File : VN078310.D
Acq On : 20 Jun 2023 15:24
Operator : JC\MD
Sample : 03321-08
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
WC-23

Quant Time: Jun 21 05:47:40 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	653939	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	1147803	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	1070432	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	365131	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	419687	48.135	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 96.260%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	397609	54.787	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 109.580%			
50) Toluene-d8	10.571	98	1338370	47.836	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 95.680%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	447364	51.435	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 102.860%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.442	43	33355	13.291	ug/l #	87
20) Methylene Chloride	5.289	84	21281	2.566	ug/l	91
37) Ethyl Acetate	7.577	43	82411	10.134	ug/l	95
43) Isopropyl Acetate	8.700	43	434075	27.910	ug/l #	81

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062023\
Data File : VN078310.D
Acq On : 20 Jun 2023 15:24
Operator : JC\MD
Sample : 03321-08
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
WC-23

Quant Time: Jun 21 05:47:40 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration