Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN062220\
Data File : VN061994.D
Acq On : 22 Jun 2020 13:01
Operator : JC/MD
Sample : L2988-20DL 4X
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : RE131D1-20200609DL

Quant Time: Jun 23 05:30:05 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N061620W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 17 01:19:44 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.63	168	156158	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	291618	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	282118	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	105920	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.99	65	108894	52.00	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 104.00%			
35) Dibromofluoromethane	7.55	113	92012	49.32	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.64%			
50) Toluene-d8	10.06	98	369035	50.31	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.62%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.37	95	118813	47.23	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 94.46%			
Target Compounds						Qvalue
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	3.71	101	1508	0.952	ug/l #	64
27) cis-1,2-Dichloroethene	6.78	96	2174	1.034	ug/l	81
30) Chloroform	7.33	83	1376	0.408	ug/l #	77
44) Trichloroethene	8.80	130	104583	49.320	ug/l	100
64) Tetrachloroethene	10.60	164	4846	2.695	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN062220\
Data File : VN061994.D
Acq On : 22 Jun 2020 13:01
Operator : JC/MD
Sample : L2988-20DL 4X
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
RE131D1-20200609DL

Quant Time: Jun 23 05:30:05 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N061620W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 17 01:19:44 2020
Response via : Initial Calibration