Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062322\
Data File : VN073062.D
Acq On : 23 Jun 2022 20:44
Operator : JC\MD
Sample : VN0623WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Quant Time: Jun 24 01:21:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N061722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 18 06:22:45 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.016	168	177035	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.904	114	358324	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.680	117	300029	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.610	152	121109	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.369	65	195484	81.674	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 163.340%#			
35) Dibromofluoromethane	7.951	113	144343	65.173	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 130.340%#			
50) Toluene-d8	10.375	98	428608	52.008	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 104.020%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.669	95	155150	52.355	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 104.720%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	2.046	85	22392	13.284	ug/l	98
3) Chloromethane	2.269	50	40901	22.886	ug/l	99
4) Vinyl Chloride	2.410	62	32232	21.323	ug/l	98
5) Bromomethane	2.805	94	13209	22.198	ug/l	95
6) Chloroethane	2.969	64	25448	26.909	ug/l	97
7) Trichlorofluoromethane	3.316	101	46511	18.894	ug/l	92
8) Diethyl Ether	3.769	74	38639	30.414	ug/l	81
9) 1,1,2-Trichlorotrifluo...	4.151	101	22688	13.333	ug/l	97
10) Methyl Iodide	4.357	142	29398	15.073	ug/l	95
11) Tert butyl alcohol	5.298	59	95990	155.257	ug/l	100
12) 1,1-Dichloroethene	4.116	96	33328	19.663	ug/l	96
13) Acrolein	3.987	56	28984	119.031	ug/l	95
14) Allyl chloride	4.763	41	90451	24.977	ug/l #	92
15) Acrylonitrile	5.475	53	221343	155.303	ug/l	99
16) Acetone	4.228	43	206784	157.170	ug/l	93
17) Carbon Disulfide	4.457	76	68156	15.694	ug/l	95
18) Methyl Acetate	4.781	43	117785	33.619	ug/l #	89
19) Methyl tert-butyl Ether	5.540	73	205663	32.308	ug/l	98
20) Methylene Chloride	5.022	84	58905	28.762	ug/l	92
21) trans-1,2-Dichloroethene	5.516	96	39835	21.606	ug/l	95
22) Diisopropyl ether	6.416	45	209612	31.049	ug/l	93
23) Vinyl Acetate	6.351	43	996841	159.958	ug/l	94
24) 1,1-Dichloroethane	6.304	63	99127	28.007	ug/l	99
25) 2-Butanone	7.263	43	328167	157.185	ug/l	90
26) 2,2-Dichloropropane	7.245	77	54505	18.184	ug/l	98
27) cis-1,2-Dichloroethene	7.251	96	57942	26.304	ug/l	98
28) Bromochloromethane	7.587	49	42999	29.376	ug/l	87
29) Tetrahydrofuran	7.610	42	216877	157.308	ug/l	88
30) Chloroform	7.745	83	102537	28.617	ug/l	100
31) Cyclohexane	8.022	56	41070	12.685	ug/l #	89
32) 1,1,1-Trichloroethane	7.939	97	69925	22.239	ug/l	99
36) 1,1-Dichloropropene	8.151	75	45774	15.274	ug/l	100
37) Ethyl Acetate	7.340	43	125511	26.184	ug/l	97
38) Carbon Tetrachloride	8.134	117	49023	15.552	ug/l	97
39) Methylcyclohexane	9.392	83	38244	10.587	ug/l #	89
40) Benzene	8.392	78	201880	21.435	ug/l	98

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062322\
Data File : VN073062.D
Acq On : 23 Jun 2022 20:44
Operator : JC\MD
Sample : VN0623WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Quant Time: Jun 24 01:21:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N061722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 18 06:22:45 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
41) Methacrylonitrile	7.569	41	61008	26.839	ug/l		89
42) 1,2-Dichloroethane	8.463	62	89510	26.758	ug/l		97
43) Isopropyl Acetate	8.492	43	186280	27.186	ug/l		95
44) Trichloroethene	9.145	130	41393	17.343	ug/l		99
45) 1,2-Dichloropropane	9.428	63	59831	24.853	ug/l		99
46) Dibromomethane	9.510	93	42645	26.198	ug/l		94
47) Bromodichloromethane	9.698	83	82207	25.411	ug/l		99
48) Methyl methacrylate	9.492	41	88728	28.362	ug/l		89
49) 1,4-Dioxane	9.510	88	35255	500.848	ug/l	#	97
51) 4-Methyl-2-Pentanone	10.269	43	623590	139.560	ug/l		91
52) Toluene	10.439	92	110800	19.162	ug/l		99
53) t-1,3-Dichloropropene	10.657	75	82865	23.817	ug/l		94
54) cis-1,3-Dichloropropene	10.122	75	86859	22.856	ug/l	#	89
55) 1,1,2-Trichloroethane	10.833	97	63550	25.030	ug/l		98
56) Ethyl methacrylate	10.698	69	107544	26.427	ug/l	#	84
57) 1,3-Dichloropropane	10.980	76	105075	24.946	ug/l		99
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	9.980	63	254821	141.832	ug/l		95
59) 2-Hexanone	11.022	43	476837	137.976	ug/l		89
60) Dibromochloromethane	11.175	129	62959	26.238	ug/l		100
61) 1,2-Dibromoethane	11.280	107	63989	25.565	ug/l		99
64) Tetrachloroethene	10.910	164	28017	15.350	ug/l		92
65) Chlorobenzene	11.704	112	119963	20.474	ug/l		97
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	11.775	131	53820	24.133	ug/l		98
67) Ethyl Benzene	11.780	91	183804	17.820	ug/l		99
68) m/p-Xylenes	11.886	106	140391	34.702	ug/l		98
69) o-Xylene	12.216	106	79519	19.671	ug/l		99
70) Styrene	12.233	104	132570	20.421	ug/l		98
71) Bromoform	12.398	173	45098	26.820	ug/l	#	99
73) Isopropylbenzene	12.516	105	164135	17.518	ug/l		100
74) N-amyl acetate	12.327	43	143961	29.609	ug/l		90
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	12.763	83	101389	30.048	ug/l		99
76) 1,2,3-Trichloropropane	12.822	75	124482	42.395	ug/l	#	1
77) Bromobenzene	12.798	156	55477	24.716	ug/l		86
78) n-propylbenzene	12.857	91	171689	16.660	ug/l		99
79) 2-Chlorotoluene	12.945	91	128821	19.303	ug/l		96
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	12.998	105	140430	18.247	ug/l		96
81) trans-1,4-Dichloro-2-b...	12.563	75	28360	26.084	ug/l		92
82) 4-Chlorotoluene	13.039	91	118447	18.759	ug/l		100
83) tert-Butylbenzene	13.257	119	113333	16.079	ug/l		93
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.304	105	144889	18.902	ug/l		97
85) sec-Butylbenzene	13.439	105	143257	15.236	ug/l		97
86) p-Isopropyltoluene	13.551	119	121373	15.944	ug/l		98
87) 1,3-Dichlorobenzene	13.551	146	75876	18.935	ug/l		98
88) 1,4-Dichlorobenzene	13.627	146	78922	19.459	ug/l		98
89) n-Butylbenzene	13.874	91	85016	13.677	ug/l		99
90) Hexachloroethane	14.145	117	24422	17.017	ug/l		89
91) 1,2-Dichlorobenzene	13.921	146	90258	21.598	ug/l		99
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropr...	14.539	75	25058	29.414	ug/l		93
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	15.192	180	39491	17.075	ug/l		97
94) Hexachlorobutadiene	15.298	225	13247	13.162	ug/l		97
95) Naphthalene	15.427	128	220372	23.554	ug/l		99
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	15.621	180	43852	17.756	ug/l		97

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062322\
Data File : VN073062.D
Acq On : 23 Jun 2022 20:44
Operator : JC\MD
Sample : VN0623WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Quant Time: Jun 24 01:21:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N061722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 18 06:22:45 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062322\
Data File : VN073062.D
Acq On : 23 Jun 2022 20:44
Operator : JC\MD
Sample : VN0623WBSD01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Quant Time: Jun 24 01:21:40 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N061722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 18 06:22:45 2022
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.016 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:168 Resp: 177035

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	58.0	42.3	63.5





#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 13.284 ug/l
RT: 2.046 min Scan# 27
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 85 Resp: 22392

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	32.4	15.7	47.1





#3
Chloromethane
Concen: 22.886 ug/l
RT: 2.269 min Scan# 6
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 50 Resp: 40901

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	31.6	25.7	38.5





#4
Vinyl Chloride
Concen: 21.323 ug/l
RT: 2.410 min Scan# 89
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 62 Resp: 32232

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	29.9	25.0	37.4





#5
Bromomethane
Concen: 22.198 ug/l
RT: 2.805 min Scan# 1
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 94 Resp: 13209

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	90.1	76.0	114.0





#6
Chloroethane
Concen: 26.909 ug/l
RT: 2.969 min Scan# 184
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 64 Resp: 25448

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	31.2	26.2	39.4





#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 18.894 ug/l
RT: 3.316 min Scan# 24
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:101 Resp: 46511

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	57.9	51.5	77.3





#8
Diethyl Ether
Concen: 30.414 ug/l
RT: 3.769 min Scan# 320
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 74 Resp: 38639

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	102.7	42.9	128.5





#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 13.333 ug/l
RT: 4.151 min Scan# 3
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:101 Resp: 22688

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	46.2	34.7	52.1
151	76.2	63.0	94.4





#10
Methyl Iodide
Concen: 15.073 ug/l
RT: 4.357 min Scan# 420
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:142 Resp: 29398

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	43.1	31.3	46.9
141	14.9	11.2	16.8





#11
Tert butyl alcohol
Concen: 155.257 ug/l
RT: 5.298 min Scan# 5
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 59 Resp: 95990

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	10.4	8.3	12.5





#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 19.663 ug/l
RT: 4.116 min Scan# 379
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 96 Resp: 33328

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	164.3	127.6	191.4
98	60.7	51.2	76.8





#13
Acrolein
Concen: 119.031 ug/l
RT: 3.987 min Scan# 3
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 56 Resp: 28984

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	73.0	54.8	82.2





#14
Allyl chloride
Concen: 24.977 ug/l
RT: 4.763 min Scan# 489
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 41 Resp: 90451

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	63.9	53.2	79.8
76	28.3	29.9	44.9#





#15
Acrylonitrile
Concen: 155.303 ug/l
RT: 5.475 min Scan# 61
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 53 Resp: 221343

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	83.9	66.4	99.6
51	36.3	28.5	42.7





#16
Acetone
Concen: 157.170 ug/l
RT: 4.228 min Scan# 398
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 43 Resp: 206784

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	28.4	26.0	39.0





#17
Carbon Disulfide
Concen: 15.694 ug/l
RT: 4.457 min Scan# 4
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 76 Resp: 68156

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	7.3	7.2	10.8





#18
Methyl Acetate
Concen: 33.619 ug/l
RT: 4.781 min Scan# 492
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 43 Resp: 117785

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	21.5	21.6	32.4#





#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 32.308 ug/l
RT: 5.540 min Scan# 6
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 73 Resp: 205663

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	21.1	17.6	26.4





#20
Methylene Chloride
Concen: 28.762 ug/l
RT: 5.022 min Scan# 533
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 84 Resp: 58905

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	124.1	88.3	132.5
51	37.7	28.2	42.2
86	61.5	50.6	76.0





#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 21.606 ug/l
RT: 5.516 min Scan# 61
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 96 Resp: 39835

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	138.5	105.8	158.8
98	66.9	50.3	75.5





#22
Diisopropyl ether
Concen: 31.049 ug/l
RT: 6.416 min Scan# 770
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 45 Resp: 209612

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	64.4	46.6	70.0
87	26.6	24.3	36.5
59	11.5	9.6	14.4





#23
Vinyl Acetate
Concen: 159.958 ug/l
RT: 6.351 min Scan# 7
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 43 Resp: 996841

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	10.0	10.0	15.0





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 28.007 ug/l
RT: 6.304 min Scan# 751
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 63 Resp: 99127

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	7.0	3.5	10.4
100	4.9	2.3	6.8





#25
2-Butanone
Concen: 157.185 ug/l
RT: 7.263 min Scan# 91
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 43 Resp: 328167

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	24.1	23.7	35.5





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 18.184 ug/l
RT: 7.245 min Scan# 911
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 77 Resp: 54505

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	23.8	11.4	34.2





#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 26.304 ug/l
RT: 7.251 min Scan# 91
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 96 Resp: 57942

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	143.3	0.0	280.6
98	64.9	0.0	128.4





#28
Bromochloromethane
Concen: 29.376 ug/l
RT: 7.587 min Scan# 969
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 49 Resp: 42999

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	1.8	0.0	4.6
130	74.9	69.7	104.5





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 157.308 ug/l
RT: 7.610 min Scan# 9
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 42 Resp: 216877

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	41.4	39.7	59.5
71	38.5	36.6	55.0





#30
Chloroform
Concen: 28.617 ug/l
RT: 7.745 min Scan# 996
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 83 Resp: 102537

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	64.5	51.8	77.8





#31
Cyclohexane
Concen: 12.685 ug/l
RT: 8.022 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 56 Resp: 41070

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	46.4	27.8	41.8#
84	88.6	76.9	115.3





#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 22.239 ug/l
RT: 7.939 min Scan# 1029
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 97 Resp: 69925

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	63.9	50.6	76.0
61	46.2	36.0	54.0





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 81.674 ug/l
RT: 8.369 min Scan# 11
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 65 Resp: 195484

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	52.3	0.0	104.8





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.904 min Scan# 1193
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:114 Resp: 358324

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	21.0	0.0	40.0
88	14.9	0.0	32.6





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 65.173 ug/l
RT: 7.951 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:113 Resp: 144343

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	103.1	81.4	122.0
192	19.1	17.0	25.6





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 15.274 ug/l
RT: 8.151 min Scan# 1065
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 75 Resp: 45774

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	36.4	18.3	54.8
77	31.1	25.1	37.7





#37
Ethyl Acetate
Concen: 26.184 ug/l
RT: 7.340 min Scan# 9
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 43 Resp: 125511

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	14.1	11.8	17.6
70	9.9	9.3	13.9





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 15.552 ug/l
RT: 8.134 min Scan# 1062
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:117 Resp: 49023

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	97.8	75.8	113.8
121	29.6	24.6	37.0





#39
Methylcyclohexane
Concen: 10.587 ug/l
RT: 9.392 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 83 Resp: 38244

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	66.8	57.8	86.8
98	36.9	39.4	59.2#





#40
Benzene
Concen: 21.435 ug/l
RT: 8.392 min Scan# 1106
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 78 Resp: 201880

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	25.2	19.4	29.0





#41
Methacrylonitrile
Concen: 26.839 ug/l
RT: 7.569 min Scan# 9
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 41 Resp: 61008

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	62.2	48.6	73.0
67	74.2	73.4	110.2
52	32.0	27.7	41.5





#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 26.758 ug/l
RT: 8.463 min Scan# 1118
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 62 Resp: 89510

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	8.7	0.0	19.4





#43
Isopropyl Acetate
Concen: 27.186 ug/l
RT: 8.492 min Scan# 11
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 43 Resp: 186280

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	23.9	21.9	32.9
87	13.6	12.0	18.0





#44
Trichloroethene
Concen: 17.343 ug/l
RT: 9.145 min Scan# 1234
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:130 Resp: 41393

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	92.0	0.0	186.8





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 24.853 ug/l
RT: 9.428 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 63 Resp: 59831

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	31.4	24.9	37.3





#46
Dibromomethane
Concen: 26.198 ug/l
RT: 9.510 min Scan# 1296
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 93 Resp: 42645

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	83.8	66.9	100.3
174	98.0	86.6	130.0





#47
Bromodichloromethane
Concen: 25.411 ug/l
RT: 9.698 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 83 Resp: 82207

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	62.6	50.5	75.7
127	8.7	6.8	10.2





#48
Methyl methacrylate
Concen: 28.362 ug/l
RT: 9.492 min Scan# 1293
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 41 Resp: 88728

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	78.6	74.7	112.1
39	58.8	45.6	68.4





#49
1,4-Dioxane
Concen: 500.848 ug/l
RT: 9.510 min Scan# 1
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 88 Resp: 35255

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	30.7	20.2	30.4#
58	67.5	54.2	81.4





#50
Toluene-d8
Concen: 52.008 ug/l
RT: 10.375 min Scan# 1443
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 98 Resp: 428608

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	65.1	52.6	78.8





#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 139.560 ug/l
RT: 10.269 min Scan# 14
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 43 Resp: 623590

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	37.1	34.1	51.1





#52
Toluene
Concen: 19.162 ug/l
RT: 10.439 min Scan# 1454
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 92 Resp: 110800

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	174.8	138.6	207.8





#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 23.817 ug/l
RT: 10.657 min Scan# 14
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 75 Resp: 82865

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	35.1	25.6	38.4





#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 22.856 ug/l
RT: 10.122 min Scan# 1400
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 75 Resp: 86859

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	29.5	25.2	37.8
39	55.4	35.7	53.5#





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 25.030 ug/l
RT: 10.833 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 97 Resp: 63550

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	84.7	66.2	99.4
85	57.3	43.9	65.9
99	63.3	50.6	76.0





#56
Ethyl methacrylate
Concen: 26.427 ug/l
RT: 10.698 min Scan# 1498
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 69 Resp: 107544

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	71.9	47.8	71.6#
39	42.7	27.3	40.9#





#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 24.946 ug/l
RT: 10.980 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 76 Resp: 105075

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	33.1	26.2	39.2





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 141.832 ug/l
RT: 9.980 min Scan# 1376
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 63 Resp: 254821

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	28.2	24.6	36.8





#59
2-Hexanone
Concen: 137.976 ug/l
RT: 11.022 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 43 Resp: 476837

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	51.3	29.7	89.1





#60
Dibromochloromethane
Concen: 26.238 ug/l
RT: 11.175 min Scan# 1579
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:129 Resp: 62959

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	77.8	38.8	116.4





#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 25.565 ug/l
RT: 11.280 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:107 Resp: 63989

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	94.7	75.0	112.6





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 52.355 ug/l
RT: 12.669 min Scan# 1833
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 95 Resp: 155150

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	73.7	0.0	167.6
176	71.7	0.0	163.4





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 11.680 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:117 Resp: 300029

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	56.2	44.2	66.2
119	32.0	25.4	38.0





#64
Tetrachloroethene
Concen: 15.350 ug/l
RT: 10.910 min Scan# 1534
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:164 Resp: 28017

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	111.3	104.2	156.2
129	93.7	73.9	110.9
131	90.9	69.4	104.2





#65
Chlorobenzene
Concen: 20.474 ug/l
RT: 11.704 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:112 Resp: 119963

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	33.3	25.4	38.2





#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 24.133 ug/l
RT: 11.775 min Scan# 1681
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:131 Resp: 53820

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	96.3	47.8	143.4
119	63.8	33.4	100.2





#67
Ethyl Benzene
Concen: 17.820 ug/l
RT: 11.780 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 91 Resp: 183804

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	30.7	24.9	37.3





#68
m/p-Xylenes
Concen: 34.702 ug/l
RT: 11.886 min Scan# 1700
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:106 Resp: 140391

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	202.0	158.9	238.3





#69
o-Xylene
Concen: 19.671 ug/l
RT: 12.216 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:106 Resp: 79519

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	212.9	106.0	318.0





#70
Styrene
Concen: 20.421 ug/l
RT: 12.233 min Scan# 1759
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:104 Resp: 132570

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	50.7	39.5	59.3
103	54.0	44.0	66.0





#71
Bromoform
Concen: 26.820 ug/l
RT: 12.398 min Scan# 1
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:173 Resp: 45098

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	48.2	24.6	73.6
254	0.0	0.1	0.1#





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 13.610 min Scan# 1993
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:152 Resp: 121109

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	58.7	28.9	86.7
150	159.0	0.0	356.2





#73
Isopropylbenzene
Concen: 17.518 ug/l
RT: 12.516 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:105 Resp: 164135

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	26.8	13.5	40.4





#74
N-amyl acetate
Concen: 29.609 ug/l
RT: 12.327 min Scan# 1775
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 43 Resp: 143961

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	39.4	39.0	58.4
55	23.3	21.1	31.7
61	22.5	21.1	31.7





#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 30.048 ug/l
RT: 12.763 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 83 Resp: 101389

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	10.7	5.3	15.9
85	63.6	32.3	96.9





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 42.395 ug/l
RT: 12.822 min Scan# 1859
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 75 Resp: 124482

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	0.0	98.5	295.5#





#77
Bromobenzene
Concen: 24.716 ug/l
RT: 12.798 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:156 Resp: 55477

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	226.9	100.5	301.5
158	90.6	48.9	146.6





#78
n-propylbenzene
Concen: 16.660 ug/l
RT: 12.857 min Scan# 1865
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 91 Resp: 171689

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	23.0	11.9	35.5





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 19.303 ug/l
RT: 12.945 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 91 Resp: 128821

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	32.4	17.3	51.9





#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 18.247 ug/l
RT: 12.998 min Scan# 1889
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:105 Resp: 140430

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	47.3	24.9	74.7





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 26.084 ug/l
RT: 12.563 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 75 Resp: 28360

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	107.4	78.0	117.0
89	43.5	37.2	55.8





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 18.759 ug/l
RT: 13.039 min Scan# 1896
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 91 Resp: 118447

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	34.5	17.2	51.6





#83
tert-Butylbenzene
Concen: 16.079 ug/l
RT: 13.257 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:119 Resp: 113333

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	70.4	31.6	94.8
134	26.1	13.7	41.1





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 18.902 ug/l
RT: 13.304 min Scan# 1941
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:105 Resp: 144889

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	44.5	23.3	69.8





#85
sec-Butylbenzene
Concen: 15.236 ug/l
RT: 13.439 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:105 Resp: 143257

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	19.4	10.4	31.1





#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 15.944 ug/l
RT: 13.551 min Scan# 1983
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:119 Resp: 121373

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	27.2	13.3	39.8
91	23.9	11.3	33.9





#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 18.935 ug/l
RT: 13.551 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:146 Resp: 75876

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	41.6	20.0	60.0
148	65.3	32.0	96.0





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 19.459 ug/l
RT: 13.627 min Scan# 1996
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:146 Resp: 78922

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.8	19.1	57.1
148	63.5	31.4	94.3





#89
n-Butylbenzene
Concen: 13.677 ug/l
RT: 13.874 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion: 91 Resp: 85016

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	55.1	26.9	80.7
134	27.0	13.6	40.8





#90
Hexachloroethane
Concen: 17.017 ug/l
RT: 14.145 min Scan# 2084
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:117 Resp: 24422

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	71.8	40.6	122.0





#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 21.598 ug/l
RT: 13.921 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:146 Resp: 90258

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.6	20.9	62.8
148	64.4	32.1	96.3





#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 29.414 ug/l
RT: 14.539 min Scan# 2151
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion: 75 Resp: 25058

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	86.7	44.9	134.5
157	106.4	59.0	176.8





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 17.075 ug/l
RT: 15.192 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:180 Resp: 39491

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	93.3	47.5	142.5
145	32.5	14.5	43.5





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 13.162 ug/l
RT: 15.298 min Scan# 2280
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:225 Resp: 13247

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	61.6	32.4	97.2
227	62.2	31.8	95.4





#95
Naphthalene
Concen: 23.554 ug/l
RT: 15.427 min Scan# 2
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0623WBSD01

Tgt Ion:128 Resp: 220372

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	12.6	10.3	15.5
129	11.4	8.6	13.0





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 17.756 ug/l
RT: 15.621 min Scan# 2335
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN073062.D
Acq: 23 Jun 2022 20:44

Tgt Ion:180 Resp: 43852

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	97.1	47.8	143.3
145	34.9	15.5	46.5