Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062422\
Data File : VN073087.D
Acq On : 24 Jun 2022 16:58
Operator : JC\MD
Sample : PB145800TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB145800TB

Quant Time: Jun 24 23:39:44 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N061722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 18 06:22:45 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.022	168	301784	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.904	114	480108	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.680	117	446550	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.610	152	214451	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.375	65	180884	44.334	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 88.660%			
35) Dibromofluoromethane	7.951	113	154981	52.226	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 104.460%			
50) Toluene-d8	10.375	98	512012	46.369	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 92.740%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.669	95	218982	55.151	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 110.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.234	43	45137	20.126	ug/l	94
20) Methylene Chloride	5.016	84	386825	111.494	ug/l	91
37) Ethyl Acetate	7.340	43	49937	7.775	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.492	43	199162	21.693	ug/l #	88

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN062422\
Data File : VN073087.D
Acq On : 24 Jun 2022 16:58
Operator : JC\MD
Sample : PB145800TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB145800TB

Quant Time: Jun 24 23:39:44 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N061722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Sat Jun 18 06:22:45 2022
Response via : Initial Calibration