Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN071624\
Data File : VN082941.D
Acq On : 16 Jul 2024 17:35
Operator : JC\MD
Sample : P3246-05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
WC-CTW2-BL-01-G

Quant Time: Jul 17 00:58:34 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N070824W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 08 13:46:04 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.224	168	72834	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	151702	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	161695	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	61932	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	58688	57.482	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 114.960%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	47824	49.129	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 98.260%			
50) Toluene-d8	10.571	98	180028	50.072	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.140%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	56030	43.384	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 64 - 133		Recovery = 86.760%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.436	43	20848	57.998	ug/l	96
20) Methylene Chloride	5.277	84	5985	6.894	ug/l	87
25) 2-Butanone	7.494	43	3083	5.680	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	86776	32.651	ug/l #	87

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN071624\
Data File : VN082941.D
Acq On : 16 Jul 2024 17:35
Operator : JC\MD
Sample : P3246-05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
WC-CTW2-BL-01-G

Quant Time: Jul 17 00:58:34 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N070824W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Jul 08 13:46:04 2024
Response via : Initial Calibration