Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN071822\
Data File : VN073502.D
Acq On : 18 Jul 2022 16:29
Operator : JC\MD
Sample : PB146254ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB146254ZHE#02

Quant Time: Jul 19 07:04:55 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N062822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 29 01:54:03 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
Internal Standards							
1) Pentafluorobenzene	8.022	168	238521	50.000	ug/l		0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.904	114	425188	50.000	ug/l		0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.686	117	402267	50.000	ug/l		0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.615	152	180241	50.000	ug/l		0.00
System Monitoring Compounds							
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.375	65	168130	48.828	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery =	97.660%			
35) Dibromofluoromethane	7.951	113	137944	48.763	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	97.520%			
50) Toluene-d8	10.380	98	456094	45.396	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery =	90.800%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.668	95	188146	48.729	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	97.460%			
Target Compounds							Qvalue
16) Acetone	4.228	43	38828	20.089	ug/l		98
20) Methylene Chloride	5.028	84	27491	8.093	ug/l		94
37) Ethyl Acetate	7.339	43	57006	8.668	ug/l	#	93
43) Isopropyl Acetate	8.498	43	216407	22.895	ug/l	#	85

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN071822\
Data File : VN073502.D
Acq On : 18 Jul 2022 16:29
Operator : JC\MD
Sample : PB146254ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 15 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB146254ZHE#02

Quant Time: Jul 19 07:04:55 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N062822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 29 01:54:03 2022
Response via : Initial Calibration