Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN081420\
Data File : VN062946.D
Acq On : 14 Aug 2020 20:32
Operator : JC/MD
Sample : PB130954TB
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : PB130954TB

Quant Time: Aug 17 09:56:07 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N080520W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Aug 05 13:26:42 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.63	168	203057	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	362037	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	392737	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	137021	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.99	65	161313	48.04	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.08%			
35) Dibromofluoromethane	7.55	113	125950	50.86	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 101.72%			
50) Toluene-d8	10.06	98	500425	51.76	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 103.52%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.38	95	176645	48.35	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.70%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	3.78	43	41372	34.097	ug/l	90
18) Methyl Acetate	4.29	43	6255	1.074	ug/l #	72
20) Methylene Chloride	4.51	84	21171	8.910	ug/l	97
25) 2-Butanone	6.80	43	8592	5.000	ug/l	91
43) Isopropyl Acetate	8.13	43	76950	12.528	ug/l	99
95) Naphthalene	15.11	128	5612	4.533	ug/l #	90

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN081420\
Data File : VN062946.D
Acq On : 14 Aug 2020 20:32
Operator : JC/MD
Sample : PB130954TB
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB130954TB

Quant Time: Aug 17 09:56:07 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N080520W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Aug 05 13:26:42 2020
Response via : Initial Calibration