Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081524\
Data File : VN083320.D
Acq On : 15 Aug 2024 10:26
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 16 01:45:53 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N080724W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Aug 08 06:30:41 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.224	168	158703	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.100	114	276821	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	243396	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	119099	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.577	65	135391	59.935	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 119.880%			
35) Dibromofluoromethane	8.165	113	98232	56.852	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 113.700%			
50) Toluene-d8	10.565	98	360764	55.973	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 111.940%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.847	95	140480	55.907	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 77 - 121		Recovery = 111.820%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	2.124	85	87035	48.361	ug/l	95
3) Chloromethane	2.365	50	92639	50.278	ug/l	95
4) Vinyl Chloride	2.512	62	100546	53.479	ug/l	99
5) Bromomethane	2.947	94	56597	48.514	ug/l	90
6) Chloroethane	3.112	64	66640	56.654	ug/l	93
7) Trichlorofluoromethane	3.495	101	169395	54.540	ug/l	95
8) Diethyl Ether	3.959	74	61755	53.434	ug/l	85
9) 1,1,2-Trichlorotrifluo...	4.371	101	91718	53.562	ug/l	99
10) Methyl Iodide	4.583	142	106214	47.153	ug/l	98
11) Tert butyl alcohol	5.524	59	108997	232.178	ug/l	100
12) 1,1-Dichloroethene	4.336	96	87167	49.548	ug/l	91
13) Acrolein	4.183	56	48758	159.359	ug/l	98
14) Allyl chloride	5.024	41	151636	45.611	ug/l	93
15) Acrylonitrile	5.718	53	266242	275.756	ug/l	98
16) Acetone	4.430	43	234312	265.082	ug/l	99
17) Carbon Disulfide	4.712	76	219711	42.682	ug/l	98
18) Methyl Acetate	5.030	43	149349	56.709	ug/l	92
19) Methyl tert-butyl Ether	5.800	73	340332	53.596	ug/l	99
20) Methylene Chloride	5.277	84	101051	49.673	ug/l	87
21) trans-1,2-Dichloroethene	5.783	96	90959	50.025	ug/l	94
22) Diisopropyl ether	6.677	45	348476	55.763	ug/l	98
23) Vinyl Acetate	6.600	43	1766057	275.716	ug/l	96
24) 1,1-Dichloroethane	6.571	63	187978	55.186	ug/l	98
25) 2-Butanone	7.482	43	363536	267.850	ug/l #	90
26) 2,2-Dichloropropane	7.488	77	166698	52.697	ug/l	97
27) cis-1,2-Dichloroethene	7.488	96	116573	53.130	ug/l	93
28) Bromochloromethane	7.818	49	74260	53.346	ug/l	87
29) Tetrahydrofuran	7.841	42	235814	268.776	ug/l #	88
30) Chloroform	7.965	83	202991	57.361	ug/l	98
31) Cyclohexane	8.259	56	157926	47.175	ug/l	98
32) 1,1,1-Trichloroethane	8.171	97	184643	55.123	ug/l	95
36) 1,1-Dichloropropene	8.371	75	134692	51.532	ug/l	99
37) Ethyl Acetate	7.559	43	147225	50.307	ug/l	95
38) Carbon Tetrachloride	8.365	117	156122	53.032	ug/l	99
39) Methylcyclohexane	9.600	83	155461	48.424	ug/l	95
40) Benzene	8.606	78	418665	53.768	ug/l	100

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081524\
Data File : VN083320.D
Acq On : 15 Aug 2024 10:26
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 16 01:45:53 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N080724W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Aug 08 06:30:41 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
41) Methacrylonitrile	7.777	41	84356	50.695	ug/l		95
42) 1,2-Dichloroethane	8.671	62	157902	55.669	ug/l		99
43) Isopropyl Acetate	8.688	43	261204	51.570	ug/l	#	94
44) Trichloroethene	9.353	130	96246	51.931	ug/l		91
45) 1,2-Dichloropropane	9.618	63	103606	56.055	ug/l		100
46) Dibromomethane	9.712	93	74403	56.240	ug/l		99
47) Bromodichloromethane	9.888	83	163778	55.135	ug/l		100
48) Methyl methacrylate	9.682	41	127288	52.609	ug/l		92
49) 1,4-Dioxane	9.694	88	47709	1092.978	ug/l		95
51) 4-Methyl-2-Pentanone	10.447	43	774071	279.705	ug/l		93
52) Toluene	10.629	92	265973	54.062	ug/l		98
53) t-1,3-Dichloropropene	10.835	75	165832	54.348	ug/l		99
54) cis-1,3-Dichloropropene	10.312	75	173411	53.431	ug/l		92
55) 1,1,2-Trichloroethane	11.018	97	100945	57.254	ug/l		98
56) Ethyl methacrylate	10.876	69	178528	53.712	ug/l	#	85
57) 1,3-Dichloropropane	11.165	76	178626	56.840	ug/l		100
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	10.159	63	359755	256.060	ug/l		97
59) 2-Hexanone	11.194	43	578306	270.109	ug/l		93
60) Dibromochloromethane	11.359	129	121788	57.133	ug/l		96
61) 1,2-Dibromoethane	11.470	107	101462	54.781	ug/l		98
64) Tetrachloroethene	11.106	164	81709	50.689	ug/l		93
65) Chlorobenzene	11.888	112	285749	53.126	ug/l		97
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	11.959	131	103349	54.480	ug/l		99
67) Ethyl Benzene	11.965	91	517688	52.466	ug/l		99
68) m/p-Xylenes	12.070	106	389090	105.269	ug/l		98
69) o-Xylene	12.394	106	193789	53.160	ug/l		99
70) Styrene	12.412	104	334120	54.571	ug/l		98
71) Bromoform	12.576	173	77840	54.165	ug/l	#	100
73) Isopropylbenzene	12.694	105	496073	49.798	ug/l		100
74) N-amyl acetate	12.494	43	231110	47.430	ug/l		94
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	12.935	83	147860	52.479	ug/l		100
76) 1,2,3-Trichloropropane	12.994	75	201198	76.972	ug/l		44
77) Bromobenzene	12.982	156	114086	51.555	ug/l		96
78) n-propylbenzene	13.035	91	584600	50.965	ug/l		100
79) 2-Chlorotoluene	13.123	91	370358	50.926	ug/l		97
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	13.170	105	425132	50.975	ug/l		98
81) trans-1,4-Dichloro-2-b...	12.735	75	60320	50.197	ug/l		94
82) 4-Chlorotoluene	13.223	91	368395	50.502	ug/l		98
83) tert-Butylbenzene	13.441	119	373924	50.627	ug/l		99
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.482	105	434391	51.683	ug/l		100
85) sec-Butylbenzene	13.617	105	503295	49.940	ug/l		100
86) p-Isopropyltoluene	13.729	119	427433	51.367	ug/l		98
87) 1,3-Dichlorobenzene	13.735	146	212847	51.117	ug/l		98
88) 1,4-Dichlorobenzene	13.812	146	214322	51.055	ug/l		98
89) n-Butylbenzene	14.059	91	372931	51.722	ug/l		99
90) Hexachloroethane	14.335	117	77318	48.094	ug/l		94
91) 1,2-Dichlorobenzene	14.106	146	206505	51.250	ug/l		98
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropr...	14.723	75	33039	48.324	ug/l		99
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	15.394	180	113702	50.369	ug/l		98
94) Hexachlorobutadiene	15.500	225	44654	44.479	ug/l		99
95) Naphthalene	15.641	128	397928	49.765	ug/l		99
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	15.841	180	111656	49.988	ug/l		97

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081524\
Data File : VN083320.D
Acq On : 15 Aug 2024 10:26
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 16 01:45:53 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N080724W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Aug 08 06:30:41 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081524\
Data File : VN083320.D
Acq On : 15 Aug 2024 10:26
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 16 01:45:53 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N080724W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Aug 08 06:30:41 2024
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.224 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:168 Resp: 158703

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	69.5	48.2	72.4





#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 48.361 ug/l
RT: 2.124 min Scan# 29
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 85 Resp: 87035

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	34.2	15.7	47.0





#3
Chloromethane
Concen: 50.278 ug/l
RT: 2.365 min Scan# 7
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 50 Resp: 92639

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	33.7	25.0	37.4





#4
Vinyl Chloride
Concen: 53.479 ug/l
RT: 2.512 min Scan# 95
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 62 Resp: 100546

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	30.8	25.0	37.6





#5
Bromomethane
Concen: 48.514 ug/l
RT: 2.947 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 94 Resp: 56597

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	87.4	78.0	117.0





#6
Chloroethane
Concen: 56.654 ug/l
RT: 3.112 min Scan# 197
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 64 Resp: 66640

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	29.6	26.6	40.0





#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 54.540 ug/l
RT: 3.495 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:101 Resp: 169395

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	62.0	52.7	79.1





#8
Diethyl Ether
Concen: 53.434 ug/l
RT: 3.959 min Scan# 341
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 74 Resp: 61755

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	94.9	55.5	166.3





#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 53.562 ug/l
RT: 4.371 min Scan# 41
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:101 Resp: 91718

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	46.8	38.3	57.5
151	74.1	59.3	88.9





#10
Methyl Iodide
Concen: 47.153 ug/l
RT: 4.583 min Scan# 447
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:142 Resp: 106214

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	47.7	37.5	56.3
141	13.9	13.1	19.7





#11
Tert butyl alcohol
Concen: 232.178 ug/l
RT: 5.524 min Scan# 6
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 59 Resp: 108997

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	11.3	8.9	13.3





#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 49.548 ug/l
RT: 4.336 min Scan# 405
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 96 Resp: 87167

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	170.7	149.7	224.5
98	60.9	50.1	75.1





#13
Acrolein
Concen: 159.359 ug/l
RT: 4.183 min Scan# 3
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 56 Resp: 48758

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	72.3	56.4	84.6





#14
Allyl chloride
Concen: 45.611 ug/l
RT: 5.024 min Scan# 522
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 41 Resp: 151636

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	78.0	67.8	101.6
76	36.1	25.8	38.8





#15
Acrylonitrile
Concen: 275.756 ug/l
RT: 5.718 min Scan# 64
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 53 Resp: 266242

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	81.7	66.6	100.0
51	36.5	30.1	45.1





#16
Acetone
Concen: 265.082 ug/l
RT: 4.430 min Scan# 421
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 43 Resp: 234312

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	27.5	21.8	32.6





#17
Carbon Disulfide
Concen: 42.682 ug/l
RT: 4.712 min Scan# 4
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 76 Resp: 219711

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	8.3	7.2	10.8





#18
Methyl Acetate
Concen: 56.709 ug/l
RT: 5.030 min Scan# 523
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 43 Resp: 149349

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	24.1	16.3	24.5





#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 53.596 ug/l
RT: 5.800 min Scan# 6
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 73 Resp: 340332

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	21.8	17.9	26.9





#20
Methylene Chloride
Concen: 49.673 ug/l
RT: 5.277 min Scan# 565
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 84 Resp: 101051

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	123.1	119.6	179.4
51	40.8	34.8	52.2
86	64.7	52.9	79.3





#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 50.025 ug/l
RT: 5.783 min Scan# 6
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 96 Resp: 90959

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	145.4	123.4	185.2
98	65.3	49.3	73.9





#22
Diisopropyl ether
Concen: 55.763 ug/l
RT: 6.677 min Scan# 803
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 45 Resp: 348476

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	55.5	44.0	66.0
87	26.6	19.7	29.5
59	11.4	8.5	12.7





#23
Vinyl Acetate
Concen: 275.716 ug/l
RT: 6.600 min Scan# 7
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 1766057

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	10.4	7.3	10.9





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 55.186 ug/l
RT: 6.571 min Scan# 785
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 63 Resp: 187978

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	7.3	3.3	9.9
100	4.4	2.0	6.0





#25
2-Butanone
Concen: 267.850 ug/l
RT: 7.482 min Scan# 94
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 363536

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	27.3	18.2	27.2#





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 52.697 ug/l
RT: 7.488 min Scan# 941
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 77 Resp: 166698

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	21.8	10.3	30.9





#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 53.130 ug/l
RT: 7.488 min Scan# 94
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 96 Resp: 116573

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	152.7	0.0	329.6
98	64.5	0.0	128.6





#28
Bromochloromethane
Concen: 53.346 ug/l
RT: 7.818 min Scan# 997
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 49 Resp: 74260

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	1.8	0.0	3.8
130	73.1	50.5	75.7





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 268.776 ug/l
RT: 7.841 min Scan# 1
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 42 Resp: 235814

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	45.1	30.0	45.0#
71	42.3	28.3	42.5





#30
Chloroform
Concen: 57.361 ug/l
RT: 7.965 min Scan# 1022
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 83 Resp: 202991

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	62.1	50.9	76.3





#31
Cyclohexane
Concen: 47.175 ug/l
RT: 8.259 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 56 Resp: 157926

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	32.0	24.5	36.7
84	83.7	66.0	99.0





#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 55.123 ug/l
RT: 8.171 min Scan# 1057
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 97 Resp: 184643

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	62.0	52.0	78.0
61	48.4	42.1	63.1





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 59.935 ug/l
RT: 8.577 min Scan# 11
Delta R.T. -0.005 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 65 Resp: 135391

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	49.7	0.0	104.4





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 9.100 min Scan# 1215
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:114 Resp: 276821

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	22.9	0.0	44.6
88	16.6	0.0	31.4





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 56.852 ug/l
RT: 8.165 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:113 Resp: 98232

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	103.6	82.4	123.6
192	17.5	14.9	22.3





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 51.532 ug/l
RT: 8.371 min Scan# 1091
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 75 Resp: 134692

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	33.6	16.3	48.9
77	30.3	24.6	37.0





#37
Ethyl Acetate
Concen: 50.307 ug/l
RT: 7.559 min Scan# 9
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 147225

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	13.7	9.3	13.9
70	10.5	7.0	10.6





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 53.032 ug/l
RT: 8.365 min Scan# 1090
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:117 Resp: 156122

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	92.2	74.9	112.3
121	30.5	24.3	36.5





#39
Methylcyclohexane
Concen: 48.424 ug/l
RT: 9.600 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 83 Resp: 155461

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	78.5	66.4	99.6
98	47.9	40.7	61.1





#40
Benzene
Concen: 53.768 ug/l
RT: 8.606 min Scan# 1131
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 78 Resp: 418665

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	23.8	19.0	28.4





#41
Methacrylonitrile
Concen: 50.695 ug/l
RT: 7.777 min Scan# 9
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 41 Resp: 84356

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	56.2	45.5	68.3
67	70.6	50.5	75.7
52	30.4	24.0	36.0





#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 55.669 ug/l
RT: 8.671 min Scan# 1142
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 62 Resp: 157902

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	8.4	0.0	15.8





#43
Isopropyl Acetate
Concen: 51.570 ug/l
RT: 8.688 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 261204

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	25.0	17.8	26.6
87	12.7	8.2	12.2#





#44
Trichloroethene
Concen: 51.931 ug/l
RT: 9.353 min Scan# 1258
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:130 Resp: 96246

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	107.6	0.0	197.8





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 56.055 ug/l
RT: 9.618 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 63 Resp: 103606

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	30.7	24.4	36.6





#46
Dibromomethane
Concen: 56.240 ug/l
RT: 9.712 min Scan# 1319
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 93 Resp: 74403

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	84.3	65.8	98.6
174	90.1	71.7	107.5





#47
Bromodichloromethane
Concen: 55.135 ug/l
RT: 9.888 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 83 Resp: 163778

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	63.7	51.1	76.7
127	8.3	7.2	10.8





#48
Methyl methacrylate
Concen: 52.609 ug/l
RT: 9.682 min Scan# 1314
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 41 Resp: 127288

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	78.3	56.3	84.5
39	58.7	50.3	75.5





#49
1,4-Dioxane
Concen: 1092.978 ug/l
RT: 9.694 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 88 Resp: 47709

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	31.4	27.8	41.8
58	70.9	59.4	89.0





#50
Toluene-d8
Concen: 55.973 ug/l
RT: 10.565 min Scan# 1464
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 98 Resp: 360764

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	65.0	51.5	77.3





#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 279.705 ug/l
RT: 10.447 min Scan# 14
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 774071

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	39.1	28.2	42.4





#52
Toluene
Concen: 54.062 ug/l
RT: 10.629 min Scan# 1475
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 92 Resp: 265973

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	171.5	139.4	209.0





#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 54.348 ug/l
RT: 10.835 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 75 Resp: 165832

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	31.3	25.7	38.5





#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 53.431 ug/l
RT: 10.312 min Scan# 1421
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 75 Resp: 173411

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	29.3	24.3	36.5
39	54.5	50.5	75.7





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 57.254 ug/l
RT: 11.018 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 97 Resp: 100945

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	89.8	71.4	107.0
85	55.3	45.8	68.6
99	63.2	52.0	78.0





#56
Ethyl methacrylate
Concen: 53.712 ug/l
RT: 10.876 min Scan# 1517
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 69 Resp: 178528

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	66.8	63.4	95.2
39	36.6	37.4	56.0#





#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 56.840 ug/l
RT: 11.165 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 76 Resp: 178626

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	31.9	25.6	38.4





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 256.060 ug/l
RT: 10.159 min Scan# 1395
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 63 Resp: 359755

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	28.5	21.4	32.0





#59
2-Hexanone
Concen: 270.109 ug/l
RT: 11.194 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 578306

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	54.0	24.6	73.8





#60
Dibromochloromethane
Concen: 57.133 ug/l
RT: 11.359 min Scan# 1599
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:129 Resp: 121788

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	75.3	39.2	117.6





#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 54.781 ug/l
RT: 11.470 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:107 Resp: 101462

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	94.3	73.7	110.5





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 55.907 ug/l
RT: 12.847 min Scan# 1852
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 95 Resp: 140480

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	70.4	0.0	159.2
176	67.8	0.0	147.6





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 11.865 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:117 Resp: 243396

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	59.1	47.5	71.3
119	32.0	25.6	38.4





#64
Tetrachloroethene
Concen: 50.689 ug/l
RT: 11.106 min Scan# 1556
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:164 Resp: 81709

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	134.6	101.4	152.0
129	103.8	75.7	113.5
131	97.7	73.8	110.6





#65
Chlorobenzene
Concen: 53.126 ug/l
RT: 11.888 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:112 Resp: 285749

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	30.8	26.2	39.2





#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 54.480 ug/l
RT: 11.959 min Scan# 1701
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:131 Resp: 103349

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	93.2	47.3	142.0
119	64.3	32.5	97.4





#67
Ethyl Benzene
Concen: 52.466 ug/l
RT: 11.965 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 91 Resp: 517688

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	30.6	24.0	36.0





#68
m/p-Xylenes
Concen: 105.269 ug/l
RT: 12.070 min Scan# 1720
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:106 Resp: 389090

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	210.4	166.1	249.1





#69
o-Xylene
Concen: 53.160 ug/l
RT: 12.394 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:106 Resp: 193789

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	221.1	111.3	333.9





#70
Styrene
Concen: 54.571 ug/l
RT: 12.412 min Scan# 1778
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:104 Resp: 334120

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	53.4	41.6	62.4
103	54.0	44.0	66.0





#71
Bromoform
Concen: 54.165 ug/l
RT: 12.576 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:173 Resp: 77840

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	47.8	24.0	72.0
254	0.0	0.0	0.0





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 13.794 min Scan# 2013
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:152 Resp: 119099

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	63.2	30.6	91.6
150	175.0	0.0	348.6





#73
Isopropylbenzene
Concen: 49.798 ug/l
RT: 12.694 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:105 Resp: 496073

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	25.7	12.9	38.6





#74
N-amyl acetate
Concen: 47.430 ug/l
RT: 12.494 min Scan# 1792
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 43 Resp: 231110

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	42.6	29.8	44.6
55	24.0	18.7	28.1
61	24.3	17.4	26.0





#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 52.479 ug/l
RT: 12.935 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 83 Resp: 147860

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	10.5	5.0	14.9
85	63.8	31.9	95.7





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 76.972 ug/l
RT: 12.994 min Scan# 1877
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 75 Resp: 201198

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	130.8	110.9	332.6





#77
Bromobenzene
Concen: 51.555 ug/l
RT: 12.982 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:156 Resp: 114086

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	230.7	111.3	333.8
158	97.4	48.3	144.9





#78
n-propylbenzene
Concen: 50.965 ug/l
RT: 13.035 min Scan# 1884
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 91 Resp: 584600

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	22.0	10.9	32.9





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 50.926 ug/l
RT: 13.123 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 91 Resp: 370358

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	30.6	16.2	48.6





#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 50.975 ug/l
RT: 13.170 min Scan# 1907
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:105 Resp: 425132

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	47.1	24.3	72.8





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 50.197 ug/l
RT: 12.735 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 75 Resp: 60320

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	104.7	88.4	132.6
89	39.8	36.3	54.5





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 50.502 ug/l
RT: 13.223 min Scan# 1916
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 91 Resp: 368395

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	31.6	16.2	48.6





#83
tert-Butylbenzene
Concen: 50.627 ug/l
RT: 13.441 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:119 Resp: 373924

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	69.8	35.0	105.1
134	25.8	13.3	39.8





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 51.683 ug/l
RT: 13.482 min Scan# 1960
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:105 Resp: 434391

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	43.8	21.9	65.8





#85
sec-Butylbenzene
Concen: 49.940 ug/l
RT: 13.617 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:105 Resp: 503295

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	19.6	9.8	29.3





#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 51.367 ug/l
RT: 13.729 min Scan# 2002
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:119 Resp: 427433

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	25.1	13.0	39.0
91	26.0	12.3	36.9





#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 51.117 ug/l
RT: 13.735 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:146 Resp: 212847

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	43.7	20.6	61.9
148	63.7	31.8	95.3





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 51.055 ug/l
RT: 13.812 min Scan# 2016
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:146 Resp: 214322

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	41.6	20.1	60.3
148	62.8	32.2	96.6





#89
n-Butylbenzene
Concen: 51.722 ug/l
RT: 14.059 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 91 Resp: 372931

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	53.6	26.1	78.3
134	24.3	12.1	36.3





#90
Hexachloroethane
Concen: 48.094 ug/l
RT: 14.335 min Scan# 2105
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:117 Resp: 77318

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	66.9	35.8	107.3





#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 51.250 ug/l
RT: 14.106 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:146 Resp: 206505

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	44.5	21.4	64.2
148	62.8	32.1	96.5





#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 48.324 ug/l
RT: 14.723 min Scan# 2171
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion: 75 Resp: 33039

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	71.8	36.6	109.8
157	92.8	46.9	140.6





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 50.369 ug/l
RT: 15.394 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:180 Resp: 113702

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	93.6	47.3	141.8
145	33.9	15.7	47.1





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 44.479 ug/l
RT: 15.500 min Scan# 2303
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:225 Resp: 44654

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	62.8	31.9	95.7
227	65.1	32.5	97.5





#95
Naphthalene
Concen: 49.765 ug/l
RT: 15.641 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:128 Resp: 397928

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	12.8	10.6	16.0
129	10.7	8.6	12.8





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 49.988 ug/l
RT: 15.841 min Scan# 2361
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VN083320.D
Acq: 15 Aug 2024 10:26

Tgt Ion:180 Resp: 111656

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	95.0	48.9	146.8
145	35.8	16.8	50.4