Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081622\
Data File : VN073946.D
Acq On : 16 Aug 2022 14:08
Operator : JC\MD
Sample : PB146976ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB146976ZHE#02

Quant Time: Aug 17 01:13:49 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 16 00:45:21 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.016	168	633972	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.904	114	932526	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.686	117	910338	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.616	152	490048	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.369	65	299258	48.464	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 96.920%			
35) Dibromofluoromethane	7.951	113	291199	52.803	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 105.600%			
50) Toluene-d8	10.381	98	997966	46.724	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 93.440%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.675	95	421051	59.399	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 118.800%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.228	43	59861	20.548	ug/l	94
20) Methylene Chloride	5.016	84	30151	4.905	ug/l	98
37) Ethyl Acetate	7.340	43	79028	8.516	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	8.492	43	345216	26.113	ug/l #	91

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081622\
Data File : VN073946.D
Acq On : 16 Aug 2022 14:08
Operator : JC\MD
Sample : PB146976ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB146976ZHE#02

Quant Time: Aug 17 01:13:49 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 16 00:45:21 2022
Response via : Initial Calibration