Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN081720\
Data File : VN062985.D
Acq On : 17 Aug 2020 21:56
Operator : JC/MD
Sample : L3508-23
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : TR-08-081420

Quant Time: Aug 18 07:32:02 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N081720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Aug 17 17:31:03 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.63	168	182808	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	289182	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	299110	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	122078	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.99	65	103735	53.57	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 107.14%			
35) Dibromofluoromethane	7.55	113	93218	49.49	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.98%			
50) Toluene-d8	10.06	98	364085	49.81	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.62%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.38	95	129372	49.25	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.50%			
Target Compounds						Qvalue
20) Methylene Chloride	4.51	84	5267	3.483	ug/l #	94

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN081720\
Data File : VN062985.D
Acq On : 17 Aug 2020 21:56
Operator : JC/MD
Sample : L3508-23
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : TR-08-081420

Quant Time: Aug 18 07:32:02 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N081720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Aug 17 17:31:03 2020
Response via : Initial Calibration