Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081721\
Data File : VN068157.D
Acq On : 17 Aug 2021 20:58
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Aug 18 07:21:48 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 13:09:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	91	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.396	0.350	11.6	87	0.00
3	P	Chloromethane	0.448	0.392	12.5	91	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.701	0.629	10.3#	92	0.00
5	T	Bromomethane	0.636	0.566	11.0	97	0.00
6	T	Chloroethane	0.535	0.471	12.0	93	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.379	1.229	10.9	93	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.320	0.395	-23.4	114	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.422	0.376	10.9	91	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.599	0.568	5.2	88	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.067	0.061	9.0	92	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.405	0.358	11.6#	91	0.00
13	T	Acrolein	0.050	0.042	16.0	95	0.00
14	T	Allyl chloride	0.518	0.471	9.1	91	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.188	0.178	5.3	91	0.00
16	T	Acetone	0.156	0.136	12.8	92	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.048	0.965	7.9	91	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.567	0.401	29.3#	92	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.307	1.261	3.5	91	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.524	0.435	17.0	93	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.454	0.413	9.0	90	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.132	1.110	1.9	91	0.00
23	T	Vinyl Acetate	0.881	0.863	2.0	90	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.756	0.684	9.5	90	0.00
25	T	2-Butanone	0.243	0.229	5.8	92	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.648	0.535	17.4	80	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.543	0.501	7.7	91	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.333	0.297	10.8	88	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.155	0.151	2.6	90	0.00
30	C	Chloroform	0.901	0.829	8.0#	91	0.00
31	T	Cyclohexane	0.703	0.619	11.9	90	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.803	0.769	4.2	91	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.534	0.484	9.4	94	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	95	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.314	0.291	7.3	93	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.409	0.387	5.4	90	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.348	0.319	8.3	91	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.471	0.459	2.5	91	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.462	0.448	3.0	90	0.00
40	TM	Benzene	1.248	1.203	3.6	91	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.159	0.146	8.2	88	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.425	0.399	6.1	91	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.558	0.547	2.0	91	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.375	0.347	7.5	87	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.293	0.282	3.8#	91	0.00
46	T	Dibromomethane	0.239	0.227	5.0	91	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.445	0.438	1.6	92	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.232	0.235	-1.3	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081721\
Data File : VN068157.D
Acq On : 17 Aug 2021 20:58
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Aug 18 07:21:48 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 13:09:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.006	0.005	16.7	88	0.00
50	S	Toluene-d8	1.196	1.152	3.7	94	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.343	0.345	-0.6	92	0.00
52	CM	Toluene	0.850	0.861	-1.3#	93	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.437	0.454	-3.9	91	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.473	0.469	0.8	90	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.340	0.333	2.1	93	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.436	0.454	-4.1	91	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.523	0.508	2.9	92	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.072	0.080	-11.1	94	0.00
59	T	2-Hexanone	0.238	0.242	-1.7	90	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.383	0.400	-4.4	92	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.352	0.362	-2.8	93	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.398	0.401	-0.8	94	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	96	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.387	0.365	5.7	89	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.024	0.967	5.6	91	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.386	0.384	0.5	92	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.689	1.666	1.4#	92	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.676	0.681	-0.7	91	0.00
69	T	o-Xylene	0.653	0.666	-2.0	92	0.00
70	T	Styrene	1.045	1.085	-3.8	90	0.00
71	P	Bromoform	0.310	0.333	-7.4	90	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	93	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.556	3.233	9.1	92	0.00
74	T	N-amyl acetate	0.926	0.825	10.9	87	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.066	0.897	15.9	91	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	0.831	0.712	14.3	90	0.00
77	T	Bromobenzene	0.980	0.900	8.2	90	0.00
78	T	n-propylbenzene	3.815	3.478	8.8	90	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.359	2.097	11.1	91	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	2.877	2.689	6.5	92	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.254	0.240	5.5	86	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.290	2.073	9.5	91	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.555	2.357	7.7	91	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.808	2.661	5.2	92	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.364	3.103	7.8	90	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	2.776	2.658	4.3	89	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.671	1.572	5.9	89	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.692	1.534	9.3	88	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.071	1.900	8.3	88	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.515	0.481	6.6	91	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.591	1.500	5.7	89	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.162	0.138	14.8	85	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.693	0.673	2.9	82	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.431	0.382	11.4	85	0.00
95	T	Naphthalene	1.486	1.565	-5.3	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081721\
Data File : VN068157.D
Acq On : 17 Aug 2021 20:58
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 26 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Aug 18 07:21:48 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 17 13:09:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.638	0.634	0.6	81	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6