Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081922\
Data File : VN074030.D
Acq On : 19 Aug 2022 16:38
Operator : JC\MD
Sample : PB147119ZHE#01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB147119ZHE#01

Quant Time: Aug 20 03:05:31 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 16 00:45:21 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.022	168	555290	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.904	114	864817	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.686	117	878087	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.616	152	478675	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.375	65	287978	53.245	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 106.500%			
35) Dibromofluoromethane	7.957	113	277991	54.354	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 108.700%			
50) Toluene-d8	10.381	98	946851	47.802	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 95.600%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.674	95	412187	62.701	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 125.400%#			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.228	43	74987	29.387	ug/l	95
20) Methylene Chloride	5.016	84	35433	6.581	ug/l	92
37) Ethyl Acetate	7.345	43	77876	9.049	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.498	43	322240	26.283	ug/l #	93

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN081922\
Data File : VN074030.D
Acq On : 19 Aug 2022 16:38
Operator : JC\MD
Sample : PB147119ZHE#01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB147119ZHE#01

Quant Time: Aug 20 03:05:31 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N081522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Aug 16 00:45:21 2022
Response via : Initial Calibration