Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN082925\
Data File : VN087695.D
Acq On : 29 Aug 2025 13:03
Operator : JC\MD
Sample : VN0829WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0829WBL01

Quant Time: Aug 29 22:53:21 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N082125W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 22 02:55:42 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.206	168	144690	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.082	114	334037	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.847	117	317569	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.770	152	146224	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.559	65	163836	55.265	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 110.540%			
35) Dibromofluoromethane	8.147	113	125190	51.909	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 103.820%			
50) Toluene-d8	10.547	98	444009	49.188	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 98.380%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.829	95	146849	45.745	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 77 - 121		Recovery = 91.480%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN082925\
Data File : VN087695.D
Acq On : 29 Aug 2025 13:03
Operator : JC\MD
Sample : VN0829WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0829WBL01

Quant Time: Aug 29 22:53:21 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N082125W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Aug 22 02:55:42 2025
Response via : Initial Calibration