Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN092018\
Data File : VN051354.D
Acq On : 20 Sep 2018 21:23
Operator : MD\SY
Sample : J5001-04
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Sep 21 07:19:39 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N092018W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Sep 21 03:27:45 2018
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
BS-OILY-STONE

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
9/24/2018 2:48:20 PM

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.67	168	780500	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.59	114	1162088	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.41	117	980024	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.34	152	409998	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.03	65	440641	52.09	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 104.18%			
35) Dibromofluoromethane	7.59	113	434220	46.24	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 92.48%			
50) Toluene-d8	10.09	98	1560693	43.23	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 86.46%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.40	95	440385	37.49	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 74.98%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	3.82	43	27052	15.567	ug/l	99
18) Methyl Acetate	4.34	43	12513m	2.095	ug/l	
20) Methylene Chloride	4.55	84	264992	30.474	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.17	43	302472	29.349	ug/l #	90
68) m/p-Xylenes	11.62	106	17016	1.182	ug/l	96
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.04	105	50840	2.103	ug/l	96
95) Naphthalene	15.13	128	280721	25.769	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN092018\
Data File : VN051354.D
Acq On : 20 Sep 2018 21:23
Operator : MD\SY
Sample : J5001-04
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Sep 21 07:19:39 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N092018W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Sep 21 03:27:45 2018
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
BS-OILY-STONE

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
9/24/2018 2:48:20 PM