Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN092120\
Data File : VN063491.D
Acq On : 21 Sep 2020 17:20
Operator : JC/MD
Sample : L4033-03 10X
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : 40957

Quant Time: Sep 22 04:04:59 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N091620W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 16 13:05:20 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.63	168	262084	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	481935	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	485872	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	223288	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.99	65	208967	46.84	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 93.68%			
35) Dibromofluoromethane	7.55	113	152610	45.74	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 91.48%			
50) Toluene-d8	10.06	98	621324	49.53	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.06%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.38	95	257504	55.99	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 111.98%			
Target Compounds						Qvalue
11) Tert butyl alcohol	4.72	59	7188	11.630	ug/l #	90
16) Acetone	3.77	43	1057364	737.452	ug/l	99
18) Methyl Acetate	4.28	43	18648	5.123	ug/l	99
25) 2-Butanone	6.78	43	320338	145.267	ug/l	98
30) Chloroform	7.33	83	13133	2.010	ug/l	99
37) Ethyl Acetate	6.88	43	51642	10.248	ug/l #	84

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN092120\
Data File : VN063491.D
Acq On : 21 Sep 2020 17:20
Operator : JC/MD
Sample : L4033-03 10X
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : 40957

Quant Time: Sep 22 04:04:59 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N091620W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 16 13:05:20 2020
Response via : Initial Calibration