Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100423\
Data File : VN079407.D
Acq On : 04 Oct 2023 16:47
Operator : JC\MD
Sample : PB156087ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB156087ZHE#05

Quant Time: Oct 05 02:23:31 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N091123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Sep 12 05:05:24 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.236	168	120780	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	249125	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	259438	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	60862	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.589	65	112104	68.758	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 137.520%#			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	92822	56.014	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 112.020%			
50) Toluene-d8	10.571	98	343200	56.403	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 112.800%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	90741	46.752	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 93.500%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.442	43	21506	31.058	ug/l	92
20) Methylene Chloride	5.277	84	17177	10.194	ug/l #	84
37) Ethyl Acetate	7.577	43	3230	1.268	ug/l #	73
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	148862	35.810	ug/l #	77

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100423\
Data File : VN079407.D
Acq On : 04 Oct 2023 16:47
Operator : JC\MD
Sample : PB156087ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB156087ZHE#05

Quant Time: Oct 05 02:23:31 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N091123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Sep 12 05:05:24 2023
Response via : Initial Calibration