Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100522\
Data File : VN074761.D
Acq On : 06 Oct 2022 00:51
Operator : JC\MD
Sample : N4957-13
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
SB-29

Quant Time: Oct 06 07:46:49 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N100522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 06 05:37:50 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.241	168	260496	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	500707	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	547253	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	271722	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	340200	55.118	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 110.240%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	266619	52.703	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 105.400%			
50) Toluene-d8	10.571	98	1138072	52.428	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 104.860%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	312641	47.379	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 94.760%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.459	43	143178	40.934	ug/l	98
18) Methyl Acetate	5.059	43	28433	2.196	ug/l #	77
20) Methylene Chloride	5.300	84	25400	2.453	ug/l	87
43) Isopropyl Acetate	8.700	43	541578	26.683	ug/l #	91

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100522\
Data File : VN074761.D
Acq On : 06 Oct 2022 00:51
Operator : JC\MD
Sample : N4957-13
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
SB-29

Quant Time: Oct 06 07:46:49 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N100522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 06 05:37:50 2022
Response via : Initial Calibration