Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100623\
Data File : VN079440.D
Acq On : 06 Oct 2023 12:17
Operator : JC\MD
Sample : 04714-06RE
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-2

Quant Time: Oct 06 12:42:58 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Oct 06 03:34:49 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	223990	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	419900	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	393732	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	104517	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	201694	55.535	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 111.080%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	152374	50.496	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 101.000%			
50) Toluene-d8	10.571	98	568545	52.072	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 104.140%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	145432	41.505	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 83.020%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.436	43	58625	40.698	ug/l #	86
20) Methylene Chloride	5.277	84	34273	10.388	ug/l #	90
25) 2-Butanone	7.500	43	15670	7.329	ug/l #	70
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	105639	13.380	ug/l #	78

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100623\
Data File : VN079440.D
Acq On : 06 Oct 2023 12:17
Operator : JC\MD
Sample : 04714-06RE
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-2

Quant Time: Oct 06 12:42:58 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Oct 06 03:34:49 2023
Response via : Initial Calibration