Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100623\
Data File : VN079456.D
Acq On : 06 Oct 2023 18:44
Operator : JC\MD
Sample : 04731-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
DTP-3

Quant Time: Oct 06 23:07:43 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Oct 06 03:34:49 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	185215	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	399405	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	350431	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	87878	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	193366	64.388	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 128.780%#			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	142966	49.809	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 99.620%			
50) Toluene-d8	10.571	98	514386	49.529	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 99.060%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	129221	38.771	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 77.540%#			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.436	43	23700	19.897	ug/l #	75
20) Methylene Chloride	5.283	84	14448	4.997	ug/l #	79
25) 2-Butanone	7.500	43	3096	1.751	ug/l #	72
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	315488	42.011	ug/l #	69

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN100623\
Data File : VN079456.D
Acq On : 06 Oct 2023 18:44
Operator : JC\MD
Sample : 04731-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
DTP-3

Quant Time: Oct 06 23:07:43 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N100523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Oct 06 03:34:49 2023
Response via : Initial Calibration