Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN101520\
Data File : VN064135.D
Acq On : 15 Oct 2020 11:08
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 16 02:20:04 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N101420W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 15 01:16:44 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.62	168	369613	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	583237	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	564480	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	288247	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.98	65	252053	47.88	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 95.76%			
35) Dibromofluoromethane	7.55	113	202569	50.18	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.36%			
50) Toluene-d8	10.06	98	787987	51.73	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 103.46%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.38	95	273431	52.23	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 104.46%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	1.83	85	168492	48.384	ug/l	99
3) Chloromethane	2.04	50	202871	46.772	ug/l	99
4) Vinyl Chloride	2.16	62	247113	45.770	ug/l	100
5) Bromomethane	2.52	94	212017	52.328	ug/l	98
6) Chloroethane	2.67	64	204330	47.603	ug/l	96
7) Trichlorofluoromethane	2.98	101	335850	45.227	ug/l	98
8) Diethyl Ether	3.37	74	105111	45.243	ug/l	97
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	3.71	101	181727	49.851	ug/l	98
10) Methyl Iodide	3.91	142	231140	44.975	ug/l	99
11) Tert butyl alcohol	4.73	59	150522	258.250	ug/l	99
12) 1,1-Dichloroethene	3.69	96	167823	45.588	ug/l	95
13) Acrolein	3.57	56	67508	141.012	ug/l	93
14) Allyl chloride	4.27	41	240164	41.812	ug/l	92
15) Acrylonitrile	4.92	53	411846	246.095	ug/l	98
16) Acetone	3.77	43	446615	286.033	ug/l	98
17) Carbon Disulfide	4.01	76	498755	47.401	ug/l	98
18) Methyl Acetate	4.27	43	192065	49.037	ug/l	98
19) Methyl tert-butyl Ether	4.99	73	524405	48.295	ug/l	100
20) Methylene Chloride	4.50	84	212450	43.973	ug/l	95
21) trans-1,2-Dichloroethene	4.98	96	202861	48.605	ug/l	99
22) Diisopropyl ether	5.90	45	556706	49.892	ug/l	97
23) Vinyl Acetate	5.84	43	2589189	259.772	ug/l	99
24) 1,1-Dichloroethane	5.79	63	371305	47.651	ug/l	98
25) 2-Butanone	6.78	43	650216	270.741	ug/l	100
26) 2,2-Dichloropropane	6.77	77	325150	50.155	ug/l	98
27) cis-1,2-Dichloroethene	6.78	96	230597	46.966	ug/l	99
28) Bromochloromethane	7.15	49	177526	47.832	ug/l #	97
29) Tetrahydrofuran	7.16	42	361676	257.679	ug/l	99
30) Chloroform	7.32	83	407551	49.095	ug/l	99
31) Cyclohexane	7.61	56	264010	45.368	ug/l	99
32) 1,1,1-Trichloroethane	7.53	97	350510	48.864	ug/l	98
36) 1,1-Dichloropropene	7.75	75	289850	51.560	ug/l	99
37) Ethyl Acetate	6.88	43	264359	52.988	ug/l	99
38) Carbon Tetrachloride	7.73	117	308459	51.027	ug/l	98

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN101520\
Data File : VN064135.D
Acq On : 15 Oct 2020 11:08
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 16 02:20:04 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N101420W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 15 01:16:44 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc Units		Dev(Min)
39) Methylcyclohexane	9.05	83	252473	53.421 ug/l		96
40) Benzene	8.00	78	878394	51.597 ug/l		99
41) Methacrylonitrile	7.12	41	105383	48.789 ug/l		93
42) 1,2-Dichloroethane	8.08	62	315598	52.102 ug/l		100
43) Isopropyl Acetate	8.12	43	427273	51.610 ug/l	#	90
44) Trichloroethene	8.80	130	234221	52.322 ug/l		98
45) 1,2-Dichloropropane	9.08	63	228635	51.260 ug/l		98
46) Dibromomethane	9.17	93	162244	51.272 ug/l		99
47) Bromodichloromethane	9.37	83	328532	53.065 ug/l		99
48) Methyl methacrylate	9.16	41	213550	55.842 ug/l		98
49) 1,4-Dioxane	9.16	88	68674	1182.617 ug/l		96
51) 4-Methyl-2-Pentanone	9.95	43	1379997	281.695 ug/l		100
52) Toluene	10.12	92	561982	53.726 ug/l		100
53) t-1,3-Dichloropropene	10.35	75	345160	54.335 ug/l		98
54) cis-1,3-Dichloropropene	9.81	75	372394	53.352 ug/l		98
55) 1,1,2-Trichloroethane	10.53	97	231660	53.459 ug/l		98
56) Ethyl methacrylate	10.40	69	304327	48.539 ug/l		99
57) 1,3-Dichloropropane	10.68	76	370815	51.960 ug/l		99
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	9.66	63	813481	254.518 ug/l		99
59) 2-Hexanone	10.72	43	1011716	266.709 ug/l		100
60) Dibromochloromethane	10.87	129	258927	53.192 ug/l		100
61) 1,2-Dibromoethane	10.97	107	236367	53.589 ug/l		99
64) Tetrachloroethene	10.60	164	218712	51.391 ug/l		99
65) Chlorobenzene	11.41	112	608980	51.231 ug/l		98
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	11.48	131	233817	51.809 ug/l		98
67) Ethyl Benzene	11.48	91	1070153	53.742 ug/l		99
68) m/p-Xylenes	11.59	106	827480	100.785 ug/l		99
69) o-Xylene	11.92	106	385085	49.055 ug/l		100
70) Styrene	11.94	104	679156	50.136 ug/l		99
71) Bromoform	12.10	173	184276	49.319 ug/l	#	100
73) Isopropylbenzene	12.23	105	1018750	48.793 ug/l		100
74) N-amyl acetate	12.05	43	384625	49.191 ug/l		98
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	12.48	83	329965	45.901 ug/l		98
76) 1,2,3-Trichloropropane	12.53	75	428732	63.399 ug/l	#	100
77) Bromobenzene	12.50	156	265980	46.924 ug/l		98
78) n-propylbenzene	12.57	91	1194378	51.252 ug/l		100
79) 2-Chlorotoluene	12.65	91	705771	47.619 ug/l		100
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	12.71	105	867186	51.745 ug/l		99
81) trans-1,4-Dichloro-2-buten	12.27	75	111719	50.473 ug/l		99
82) 4-Chlorotoluene	12.75	91	751114	50.283 ug/l		100
83) tert-Butylbenzene	12.97	119	690366	49.809 ug/l		99
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.01	105	876293	50.166 ug/l		99
85) sec-Butylbenzene	13.14	105	920498	51.663 ug/l		99
86) p-Isopropyltoluene	13.26	119	841102	49.911 ug/l		100
87) 1,3-Dichlorobenzene	13.26	146	483887	51.236 ug/l		99
88) 1,4-Dichlorobenzene	13.34	146	483218	50.024 ug/l		99
89) n-Butylbenzene	13.59	91	686187	52.852 ug/l		99
90) Hexachloroethane	13.85	117	143809	48.498 ug/l		99
91) 1,2-Dichlorobenzene	13.63	146	479701	51.032 ug/l		99
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropropan	14.24	75	65328	47.217 ug/l		97

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN101520\
Data File : VN064135.D
Acq On : 15 Oct 2020 11:08
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 16 02:20:04 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N101420W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 15 01:16:44 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	14.88	180	208402	45.458	ug/l	96
94) Hexachlorobutadiene	14.98	225	112068	50.046	ug/l	99
95) Naphthalene	15.10	128	599487	43.062	ug/l	98
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	15.28	180	211503	46.200	ug/l	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN101520\
Data File : VN064135.D
Acq On : 15 Oct 2020 11:08
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 16 02:20:04 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N101420W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 15 01:16:44 2020
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 7.62 min Scan# 1830
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:168 Resp: 369613

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	57.2	43.6	65.4





#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 48.384 ug/l
RT: 1.83 min Scan# 28
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 85 Resp: 168492

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	31.6	16.1	48.3





#3
Chloromethane
Concen: 46.772 ug/l
RT: 2.04 min Scan# 92
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 50 Resp: 202871

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	33.1	26.1	39.1





#4
Vinyl Chloride
Concen: 45.770 ug/l
RT: 2.16 min Scan# 132
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 62 Resp: 247113

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	32.7	26.2	39.4





#5
Bromomethane
Concen: 52.328 ug/l
RT: 2.52 min Scan# 244
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 94 Resp: 212017

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	93.6	73.5	110.3





#6
Chloroethane
Concen: 47.603 ug/l
RT: 2.67 min Scan# 288
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 64 Resp: 204330

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	32.6	24.2	36.2





#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 45.227 ug/l
RT: 2.98 min Scan# 386
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:101 Resp: 335850

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	63.4	51.8	77.6





#8
Diethyl Ether
Concen: 45.243 ug/l
RT: 3.37 min Scan# 508
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 74 Resp: 105111

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	96.5	47.0	141.0





#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 49.851 ug/l
RT: 3.71 min Scan# 614
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:101 Resp: 181727

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	44.4	36.9	55.3
151	74.0	60.7	91.1





#10
Methyl Iodide
Concen: 44.975 ug/l
RT: 3.91 min Scan# 675
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:142 Resp: 231140

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	45.8	36.3	54.5
141	15.0	11.6	17.4





#11
Tert butyl alcohol
Concen: 258.250 ug/l
RT: 4.73 min Scan# 929
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 59 Resp: 150522

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	10.7	8.9	13.3





#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 45.588 ug/l
RT: 3.69 min Scan# 608
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 96 Resp: 167823

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	168.6	129.9	194.9
98	65.1	48.9	73.3





#13
Acrolein
Concen: 141.012 ug/l
RT: 3.57 min Scan# 568
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 56 Resp: 67508

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	75.3	55.8	83.6





#14
Allyl chloride
Concen: 41.812 ug/l
RT: 4.27 min Scan# 788
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 41 Resp: 240164

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	83.0	60.5	90.7
76	41.4	29.5	44.3





#15
Acrylonitrile
Concen: 246.095 ug/l
RT: 4.92 min Scan# 990
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 53 Resp: 411846

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	83.7	65.8	98.6
51	37.6	29.4	44.2





#16
Acetone
Concen: 286.033 ug/l
RT: 3.77 min Scan# 632
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 43 Resp: 446615

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	30.3	25.2	37.8





#17
Carbon Disulfide
Concen: 47.401 ug/l
RT: 4.01 min Scan# 706
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 76 Resp: 498755

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	8.9	7.6	11.4





#18
Methyl Acetate
Concen: 49.037 ug/l
RT: 4.27 min Scan# 788
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 43 Resp: 192065

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	25.6	19.7	29.5





#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 48.295 ug/l
RT: 4.99 min Scan# 1010
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 73 Resp: 524405

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	21.2	17.0	25.4





#20
Methylene Chloride
Concen: 43.973 ug/l
RT: 4.50 min Scan# 859
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 84 Resp: 212450

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	114.7	97.4	146.0
51	37.0	29.7	44.5
86	62.4	52.5	78.7





#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 48.605 ug/l
RT: 4.98 min Scan# 1009
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 96 Resp: 202861

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	133.7	107.0	160.4
98	61.4	51.0	76.6





#22
Diisopropyl ether
Concen: 49.892 ug/l
RT: 5.90 min Scan# 1294
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 45 Resp: 556706

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	66.7	50.9	76.3
87	29.5	23.5	35.3
59	12.4	9.4	14.2





#23
Vinyl Acetate
Concen: 259.772 ug/l
RT: 5.84 min Scan# 1275
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 2589189

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	10.8	8.8	13.2





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 47.651 ug/l
RT: 5.79 min Scan# 1261
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 63 Resp: 371305

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	7.0	3.1	9.3
100	3.7	2.1	6.2





#25
2-Butanone
Concen: 270.741 ug/l
RT: 6.78 min Scan# 1567
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 650216

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	27.9	22.2	33.2





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 50.155 ug/l
RT: 6.77 min Scan# 1565
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 77 Resp: 325150

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	22.5	11.7	35.0





#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 46.966 ug/l
RT: 6.78 min Scan# 1567
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 96 Resp: 230597

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	144.1	0.0	285.6
98	65.0	0.0	131.0





#28
Bromochloromethane
Concen: 47.832 ug/l
RT: 7.15 min Scan# 1682
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 49 Resp: 177526

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	2.3	0.0	2.0#
130	80.3	0.0	0.0#





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 257.679 ug/l
RT: 7.16 min Scan# 1687
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 42 Resp: 361676

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	46.4	37.8	56.6
71	44.1	35.3	52.9





#30
Chloroform
Concen: 49.095 ug/l
RT: 7.32 min Scan# 1737
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 83 Resp: 407551

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	63.5	51.5	77.3





#31
Cyclohexane
Concen: 45.368 ug/l
RT: 7.61 min Scan# 1826
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 56 Resp: 264010

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	35.9	27.8	41.6
84	90.8	73.2	109.8





#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 48.864 ug/l
RT: 7.53 min Scan# 1800
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 97 Resp: 350510

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	65.5	50.2	75.2
61	45.0	35.6	53.4





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 47.882 ug/l
RT: 7.98 min Scan# 1942
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 65 Resp: 252053

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	52.9	0.0	105.6





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.55 min Scan# 2118
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:114 Resp: 583237

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	19.3	0.0	41.0
88	15.0	0.0	29.2





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 50.180 ug/l
RT: 7.55 min Scan# 1806
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:113 Resp: 202569

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	104.4	81.9	122.9
192	17.7	14.3	21.5





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 51.560 ug/l
RT: 7.75 min Scan# 1870
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 75 Resp: 289850

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	36.1	17.8	53.3
77	31.4	24.9	37.3





#37
Ethyl Acetate
Concen: 52.988 ug/l
RT: 6.88 min Scan# 1598
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 264359

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	14.2	11.3	16.9
70	9.9	7.7	11.5





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 51.027 ug/l
RT: 7.73 min Scan# 1864
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:117 Resp: 308459

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	94.2	77.0	115.4
121	30.5	24.2	36.4





#39
Methylcyclohexane
Concen: 53.421 ug/l
RT: 9.05 min Scan# 2272
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 83 Resp: 252473

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	77.5	58.5	87.7
98	46.0	36.2	54.2





#40
Benzene
Concen: 51.597 ug/l
RT: 8.00 min Scan# 1947
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 78 Resp: 878394

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	23.6	19.3	28.9





#41
Methacrylonitrile
Concen: 48.789 ug/l
RT: 7.12 min Scan# 1674
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 41 Resp: 105383

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	58.0	50.7	76.1
67	100.5	73.8	110.6
52	42.6	32.2	48.4





#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 52.102 ug/l
RT: 8.08 min Scan# 1973
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 62 Resp: 315598

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	9.0	0.0	17.6





#43
Isopropyl Acetate
Concen: 51.610 ug/l
RT: 8.12 min Scan# 1985
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 427273

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	19.9	21.9	32.9#
87	13.8	11.0	16.4





#44
Trichloroethene
Concen: 52.322 ug/l
RT: 8.80 min Scan# 2196
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:130 Resp: 234221

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	100.7	0.0	206.2





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 51.260 ug/l
RT: 9.08 min Scan# 2284
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 63 Resp: 228635

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	30.1	25.0	37.6





#46
Dibromomethane
Concen: 51.272 ug/l
RT: 9.17 min Scan# 2312
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 93 Resp: 162244

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	82.4	66.8	100.2
174	92.7	75.2	112.8





#47
Bromodichloromethane
Concen: 53.065 ug/l
RT: 9.37 min Scan# 2372
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 83 Resp: 328532

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	64.1	50.8	76.2
127	8.6	6.6	9.8





#48
Methyl methacrylate
Concen: 55.842 ug/l
RT: 9.16 min Scan# 2309
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 41 Resp: 213550

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	87.4	71.4	107.2
39	64.9	52.5	78.7





#49
1,4-Dioxane
Concen: 1182.617 ug/l
RT: 9.16 min Scan# 2309
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 88 Resp: 68674

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	31.0	27.2	40.8
58	67.8	52.6	78.8





#50
Toluene-d8
Concen: 51.733 ug/l
RT: 10.06 min Scan# 2587
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 98 Resp: 787987

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	62.8	50.8	76.2





#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 281.695 ug/l
RT: 9.95 min Scan# 2554
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 1379997

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	39.2	31.2	46.8





#52
Toluene
Concen: 53.726 ug/l
RT: 10.12 min Scan# 2607
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 92 Resp: 561982

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	176.3	141.2	211.8





#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 54.335 ug/l
RT: 10.35 min Scan# 2678
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 75 Resp: 345160

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	31.0	25.6	38.4





#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 53.352 ug/l
RT: 9.81 min Scan# 2509
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 75 Resp: 372394

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	31.1	25.2	37.8
39	48.1	39.8	59.8





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 53.459 ug/l
RT: 10.53 min Scan# 2734
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 97 Resp: 231660

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	86.7	70.2	105.4
85	55.1	45.0	67.6
99	60.5	50.7	76.1





#56
Ethyl methacrylate
Concen: 48.539 ug/l
RT: 10.40 min Scan# 2693
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 69 Resp: 304327

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	63.3	49.3	73.9
39	40.7	32.7	49.1





#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 51.960 ug/l
RT: 10.68 min Scan# 2779
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 76 Resp: 370815

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	32.0	26.1	39.1





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 254.518 ug/l
RT: 9.66 min Scan# 2464
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 63 Resp: 813481

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	28.0	21.8	32.6





#59
2-Hexanone
Concen: 266.709 ug/l
RT: 10.72 min Scan# 2793
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 43 Resp: 1011716

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	54.2	27.2	81.6





#60
Dibromochloromethane
Concen: 53.192 ug/l
RT: 10.87 min Scan# 2840
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:129 Resp: 258927

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	76.8	38.2	114.6





#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 53.589 ug/l
RT: 10.97 min Scan# 2872
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:107 Resp: 236367

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	94.7	75.2	112.8





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 52.226 ug/l
RT: 12.38 min Scan# 3308
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 95 Resp: 273431

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	82.0	0.0	164.8
176	78.5	0.0	157.8





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 11.38 min Scan# 2998
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:117 Resp: 564480

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	53.9	42.6	63.8
119	32.4	25.5	38.3





#64
Tetrachloroethene
Concen: 51.391 ug/l
RT: 10.60 min Scan# 2756
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:164 Resp: 218712

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	124.6	99.7	149.5
129	94.5	77.0	115.4
131	91.6	74.6	111.8





#65
Chlorobenzene
Concen: 51.231 ug/l
RT: 11.41 min Scan# 3006
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:112 Resp: 608980

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	31.8	24.6	37.0





#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 51.809 ug/l
RT: 11.48 min Scan# 3030
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:131 Resp: 233817

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	97.2	47.3	141.9
119	66.0	32.8	98.4





#67
Ethyl Benzene
Concen: 53.742 ug/l
RT: 11.48 min Scan# 3030
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 91 Resp: 1070153

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	30.3	24.7	37.1





#68
m/p-Xylenes
Concen: 100.785 ug/l
RT: 11.59 min Scan# 3065
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:106 Resp: 827480

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	203.9	162.1	243.1





#69
o-Xylene
Concen: 49.055 ug/l
RT: 11.92 min Scan# 3167
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:106 Resp: 385085

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	215.8	107.6	322.8





#70
Styrene
Concen: 50.136 ug/l
RT: 11.94 min Scan# 3171
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:104 Resp: 679156

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	48.6	39.7	59.5
103	55.2	44.2	66.2





#71
Bromoform
Concen: 49.319 ug/l
RT: 12.10 min Scan# 3222
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:173 Resp: 184276

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	47.1	23.4	70.2
254	0.1	0.1	0.1#





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 13.32 min Scan# 3601
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:152 Resp: 288247

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	58.4	29.3	87.8
150	171.8	0.0	346.0





#73
Isopropylbenzene
Concen: 48.793 ug/l
RT: 12.23 min Scan# 3261
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:105 Resp: 1018750

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	26.3	13.2	39.5





#74
N-amyl acetate
Concen: 49.191 ug/l
RT: 12.05 min Scan# 3205
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 43 Resp: 384625

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	43.3	33.2	49.8
55	26.3	19.9	29.9
61	24.1	18.8	28.2





#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 45.901 ug/l
RT: 12.48 min Scan# 3340
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 83 Resp: 329965

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	10.0	5.0	15.0
85	65.3	31.9	95.9





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 63.399 ug/l
RT: 12.53 min Scan# 3355
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 75 Resp: 428732

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	0.0	0.0	0.0





#77
Bromobenzene
Concen: 46.924 ug/l
RT: 12.50 min Scan# 3346
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:156 Resp: 265980

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	203.4	99.3	297.9
158	97.8	48.6	145.9





#78
n-propylbenzene
Concen: 51.252 ug/l
RT: 12.57 min Scan# 3367
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 91 Resp: 1194378

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	23.0	11.5	34.5





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 47.619 ug/l
RT: 12.65 min Scan# 3393
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion: 91 Resp: 705771

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	35.2	17.5	52.5





#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 51.745 ug/l
RT: 12.71 min Scan# 3411
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:105 Resp: 867186

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	48.9	24.0	72.0





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 50.473 ug/l
RT: 12.27 min Scan# 3276
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 75 Resp: 111719

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	95.8	75.7	113.5
89	45.6	36.6	55.0





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 50.283 ug/l
RT: 12.75 min Scan# 3423
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 91 Resp: 751114

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	34.3	17.1	51.2





#83
tert-Butylbenzene
Concen: 49.809 ug/l
RT: 12.97 min Scan# 3492
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:119 Resp: 690366

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	65.1	32.6	98.0
134	24.1	13.0	39.0





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 50.166 ug/l
RT: 13.01 min Scan# 3506
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:105 Resp: 876293

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	45.0	22.8	68.4





#85
sec-Butylbenzene
Concen: 51.663 ug/l
RT: 13.14 min Scan# 3547
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : VSTDCCC050

Tgt Ion:105 Resp: 920498

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	19.9	9.7	29.1





#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 49.911 ug/l
RT: 13.26 min Scan# 3584
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:119 Resp: 841102

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	26.1	13.2	39.5
91	24.1	12.0	36.1





#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 51.236 ug/l
RT: 13.26 min Scan# 3582
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:146 Resp: 483887

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	39.9	19.7	59.1
148	62.8	32.0	96.2





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 50.024 ug/l
RT: 13.34 min Scan# 3607
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:146 Resp: 483218

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	38.6	19.3	57.9
148	63.6	32.1	96.5





#89
n-Butylbenzene
Concen: 52.852 ug/l
RT: 13.59 min Scan# 3685
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion: 91 Resp: 686187

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	50.4	25.6	76.6
134	25.0	12.6	37.8





#90
Hexachloroethane
Concen: 48.498 ug/l
RT: 13.85 min Scan# 3766
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:117 Resp: 143809

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	75.3	37.4	112.2





#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 51.032 ug/l
RT: 13.63 min Scan# 3697
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:146 Resp: 479701

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.1	20.3	60.8
148	63.7	32.2	96.6





#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 47.217 ug/l
RT: 14.24 min Scan# 3889
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion: 75 Resp: 65328

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	82.2	40.8	122.2
157	102.7	53.9	161.7





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 45.458 ug/l
RT: 14.88 min Scan# 4087
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:180 Resp: 208402

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	96.2	45.8	137.4
145	31.7	15.4	46.1





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 50.046 ug/l
RT: 14.98 min Scan# 4118
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:225 Resp: 112068

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	64.8	32.3	96.9
227	62.3	31.6	94.8





#95
Naphthalene
Concen: 43.062 ug/l
RT: 15.10 min Scan# 4156
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VSTDCCC050

Tgt Ion:128 Resp: 599487

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	13.7	10.2	15.4
129	11.0	8.5	12.7





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 46.200 ug/l
RT: 15.28 min Scan# 4212
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VN064135.D
Acq: 15 Oct 2020 11:08

Tgt Ion:180 Resp: 211503

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	94.5	46.6	139.8
145	32.8	16.1	48.2