Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA N\Data\VN102120\
Data File : VN064250.D
Acq On : 22 Oct 2020 6:11
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 22 06:35:24 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N102120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 21 12:48:40 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	50.000	50.000	0.0	90	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	50.000	52.521	-5.0	94	0.00
3	P	Chloromethane	50.000	55.707	-11.4	93	0.00
4	C	Vinyl Chloride	50.000	54.644	-9.3#	93	0.00
5	T	Bromomethane	50.000	52.341	-4.7	92	0.00
6	T	Chloroethane	50.000	53.198	-6.4	93	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	50.000	55.295	-10.6	94	0.00
8	T	Diethyl Ether	50.000	54.080	-8.2	93	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	50.000	51.838	-3.7	90	0.00
10	T	Methyl Iodide	50.000	51.954	-3.9	90	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	250.000	304.777	-21.9	109	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	50.000	54.020	-8.0#	94	0.00
13	T	Acrolein	250.000	189.648	24.1	73	0.00
14	T	Allyl chloride	50.000	48.974	2.1	84	0.00
15	T	Acrylonitrile	250.000	298.375	-19.4	104	0.00
16	T	Acetone	250.000	302.855	-21.1	106	0.00
17	T	Carbon Disulfide	50.000	53.645	-7.3	92	0.00
18	T	Methyl Acetate	50.000	56.595	-13.2	103	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	50.000	55.513	-11.0	97	0.00
20	T	Methylene Chloride	50.000	51.780	-3.6	95	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	50.000	53.465	-6.9	94	0.00
22	T	Diisopropyl ether	50.000	53.691	-7.4	96	0.00
23	T	Vinyl Acetate	250.000	280.850	-12.3	96	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	50.000	55.236	-10.5	96	0.00
25	T	2-Butanone	250.000	289.522	-15.8	102	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	50.000	38.895	22.2	69	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	50.000	53.847	-7.7	96	0.00
28	T	Bromochloromethane	50.000	55.096	-10.2	99	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	250.000	295.786	-18.3	103	0.00
30	C	Chloroform	50.000	54.484	-9.0#	97	0.00
31	T	Cyclohexane	50.000	48.824	2.4	93	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	50.000	55.590	-11.2	96	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	50.000	53.272	-6.5	98	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	50.000	50.000	0.0	94	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	50.000	50.555	-1.1	99	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	50.000	50.074	-0.1	93	0.00
37	T	Ethyl Acetate	50.000	55.207	-10.4	102	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	50.000	52.532	-5.1	96	0.00
39	T	Methylcyclohexane	50.000	49.487	1.0	89	0.00
40	TM	Benzene	50.000	50.833	-1.7	95	0.00
41	T	Methacrylonitrile	50.000	53.635	-7.3	113	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	50.000	52.270	-4.5	98	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	50.000	54.528	-9.1	102	0.00
44	TM	Trichloroethene	50.000	51.931	-3.9	97	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	50.000	52.476	-5.0#	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA N\Data\VN102120\
Data File : VN064250.D
Acq On : 22 Oct 2020 6:11
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 22 06:35:24 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N102120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 21 12:48:40 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
46	T	Dibromomethane	50.000	55.191	-10.4	97	0.00
47	T	Bromodichloromethane	50.000	53.160	-6.3	96	0.00
48	T	Methyl methacrylate	50.000	51.656	-3.3	98	0.00
49	T	1,4-Dioxane	1000.000	1183.647	-18.4	113	0.00
50	S	Toluene-d8	50.000	50.729	-1.5	95	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	250.000	286.397	-14.6	104	0.00
52	CM	Toluene	50.000	52.037	-4.1#	96	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	50.000	51.024	-2.0	91	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	50.000	49.457	1.1	91	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	50.000	53.386	-6.8	96	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	50.000	55.979	-12.0	100	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	50.000	54.261	-8.5	97	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	250.000	267.017	-6.8	96	0.00
59	T	2-Hexanone	250.000	288.002	-15.2	103	0.00
60	T	Dibromochloromethane	50.000	51.799	-3.6	96	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	50.000	55.088	-10.2	99	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	50.000	49.900	0.2	95	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	50.000	50.000	0.0	97	0.00
64	T	Tetrachloroethene	50.000	48.190	3.6	93	0.00
65	PM	Chlorobenzene	50.000	51.256	-2.5	96	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	50.000	51.372	-2.7	96	0.00
67	C	Ethyl Benzene	50.000	51.699	-3.4#	96	0.00
68	T	m/p-Xylenes	100.000	102.659	-2.7	96	0.00
69	T	o-Xylene	50.000	50.942	-1.9	93	0.00
70	T	Styrene	50.000	51.057	-2.1	93	0.00
71	P	Bromoform	50.000	54.197	-8.4	98	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	50.000	50.000	0.0	97	0.00
73	T	Isopropylbenzene	50.000	50.189	-0.4	94	0.00
74	T	N-amyl acetate	50.000	54.312	-8.6	99	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	50.000	53.492	-7.0	102	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	50.000	49.326	1.3	100	0.00
77	T	Bromobenzene	50.000	52.225	-4.5	99	0.00
78	T	n-propylbenzene	50.000	49.676	0.6	92	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	50.000	50.394	-0.8	94	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	50.000	49.762	0.5	93	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	50.000	46.893	6.2	89	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	50.000	50.984	-2.0	94	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	50.000	50.358	-0.7	95	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	50.000	51.317	-2.6	95	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	50.000	49.988	0.0	92	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	50.000	50.360	-0.7	92	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	50.000	51.136	-2.3	95	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	50.000	50.992	-2.0	96	0.00
89	T	n-Butylbenzene	50.000	47.587	4.8	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA N\Data\VN102120\
Data File : VN064250.D
Acq On : 22 Oct 2020 6:11
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Oct 22 06:35:24 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N102120W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Oct 21 12:48:40 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
90 T	Hexachloroethane	50.000	49.453	1.1	94	0.00
91 T	1,2-Dichlorobenzene	50.000	51.353	-2.7	96	0.00
92 T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	50.000	54.772	-9.5	102	0.00
93 T	1,2,4-Trichlorobenzene	50.000	50.874	-1.7	90	0.00
94 T	Hexachlorobutadiene	50.000	45.826	8.3	88	0.00
95 T	Naphthalene	50.000	53.766	-7.5	96	0.00
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	50.000	49.834	0.3	91	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6