Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN110123\
Data File : VN079784.D
Acq On : 01 Nov 2023 20:18
Operator : JC\MD
Sample : 05164-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
ETGI-352

Quant Time: Nov 02 06:00:04 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N110123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Nov 02 05:49:08 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	215278	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	416731	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	441711	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	164037	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	178813	54.519	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 109.040%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	151120	51.237	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 102.480%			
50) Toluene-d8	10.571	98	564987	52.034	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 104.060%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	181747	50.470	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 100.940%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.424	43	114533	99.415	ug/l	94
20) Methylene Chloride	5.277	84	16287	5.603	ug/l #	83
25) 2-Butanone	7.495	43	10714	6.351	ug/l	93
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	121768	17.978	ug/l #	82

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN110123\
Data File : VN079784.D
Acq On : 01 Nov 2023 20:18
Operator : JC\MD
Sample : 05164-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
ETGI-352

Quant Time: Nov 02 06:00:04 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N110123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Nov 02 05:49:08 2023
Response via : Initial Calibration