Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN110423\
Data File : VN079899.D
Acq On : 04 Nov 2023 17:41
Operator : JC\MD
Sample : 05222-18DL 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
FSND-MW-EVAL-03D-20231101DL

Quant Time: Nov 06 02:16:58 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N110123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Nov 02 05:49:08 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	233742	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	472638	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	489757	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	189256	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	213330	59.905	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 119.820%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	172524	51.575	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 103.140%			
50) Toluene-d8	10.571	98	601092	48.811	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 97.620%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	199954	48.958	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 97.920%			
Target Compounds						Qvalue
44) Trichloroethene	9.359	130	174719	49.218	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN110423\
Data File : VN079899.D
Acq On : 04 Nov 2023 17:41
Operator : JC\MD
Sample : 05222-18DL 5X
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
FSND-MW-EVAL-03D-20231101DL

Quant Time: Nov 06 02:16:58 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N110123W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Nov 02 05:49:08 2023
Response via : Initial Calibration