Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN111822\
Data File : VN075313.D
Acq On : 18 Nov 2022 15:30
Operator : JC\MD
Sample : PB149142TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB149142TB

Quant Time: Nov 19 05:07:32 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 09:48:49 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.229	168	171054	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	306050	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	287986	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	123359	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	111965	48.580	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 97.160%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	93690	52.147	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 104.300%			
50) Toluene-d8	10.565	98	367133	52.669	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 105.340%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.847	95	121840	49.758	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 99.520%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.442	43	63648	65.221	ug/l	96
20) Methylene Chloride	5.289	84	18243m	8.384	ug/l	
37) Ethyl Acetate	7.565	43	21391	7.012	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	95663	20.217	ug/l #	91

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN111822\
Data File : VN075313.D
Acq On : 18 Nov 2022 15:30
Operator : JC\MD
Sample : PB149142TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB149142TB

Quant Time: Nov 19 05:07:32 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N102622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Oct 27 09:48:49 2022
Response via : Initial Calibration