Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN112818\
Data File : VN052517.D
Acq On : 28 Nov 2018 14:04
Operator : MD\SY
Sample : I.BLK
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 28

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : I.BLK

Quant Time: Nov 29 00:48:29 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N112718W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 28 01:11:38 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.67	168	1385389	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.59	114	2110878	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.41	117	1772559	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.35	152	631698	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.03	65	687921	45.61	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 91.22%			
35) Dibromofluoromethane	7.59	113	628683	48.31	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 96.62%			
50) Toluene-d8	10.09	98	2514346	49.64	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.28%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.40	95	770516	45.27	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 90.54%			
Target Compounds						Qvalue
67) Ethyl Benzene	11.51	91	16830	0.263	ug/l	95
68) m/p-Xylenes	11.62	106	21921	0.920	ug/l	98
69) o-Xylene	11.95	106	5910	0.255	ug/l	97
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	12.73	105	10633	0.269	ug/l	99
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.04	105	30416	0.768	ug/l	99
95) Naphthalene	15.13	128	19175	4.179	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN112818\
Data File : VN052517.D
Acq On : 28 Nov 2018 14:04
Operator : MD\SY
Sample : I.BLK
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 28

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : I.BLK

Quant Time: Nov 29 00:48:29 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N112718W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 28 01:11:38 2018
Response via : Initial Calibration