Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN120321\
Data File : VN069729.D
Acq On : 3 Dec 2021 19:54
Operator : JC/MD
Sample : M4922-04
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
RE132D2-20211129

Quant Time: Dec 04 05:36:23 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N120221W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Dec 03 08:46:47 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.086	168	1423577	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.968	114	2481053	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.744	117	2555956	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.675	152	956034	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.440	65	1059861	48.219	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 96.440%			
35) Dibromofluoromethane	8.021	113	737908	47.482	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 94.960%			
50) Toluene-d8	10.443	98	3178531	50.937	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 101.880%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.733	95	1165740	51.566	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 103.140%			
Target Compounds						Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	2.075	85	19299	1.162	ug/l	91
9) 1,1,2-Trichlorotrifluo...	4.207	101	35456	2.520	ug/l	93
44) Trichloroethene	9.217	130	39134	2.271	ug/l	90
49) 1,4-Dioxane	9.574	88	4812	11.047	ug/l #	73

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN120321\
Data File : VN069729.D
Acq On : 3 Dec 2021 19:54
Operator : JC/MD
Sample : M4922-04
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 22 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
RE132D2-20211129

Quant Time: Dec 04 05:36:23 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N120221W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Dec 03 08:46:47 2021
Response via : Initial Calibration