Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN120820\
Data File : VN064968.D
Acq On : 8 Dec 2020 14:37
Operator : JC/MD
Sample : PB133456ZHE#05
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : PB133456ZHE#05

Quant Time: Dec 09 07:15:33 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N112320W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Nov 23 13:54:12 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.62	168	168928	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	320994	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	341310	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	143749	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.99	65	108080	55.03	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 110.06%			
35) Dibromofluoromethane	7.55	113	98926	51.50	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 103.00%			
50) Toluene-d8	10.06	98	406025	51.74	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 103.48%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.37	95	156616	55.76	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 111.52%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	3.78	43	5757	8.917	ug/l	96
20) Methylene Chloride	4.51	84	5404	2.671	ug/l	95
43) Isopropyl Acetate	8.13	43	16575	3.594	ug/l	95

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN120820\
Data File : VN064968.D
Acq On : 8 Dec 2020 14:37
Operator : JC/MD
Sample : PB133456ZHE#05
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB133456ZHE#05

Quant Time: Dec 09 07:15:33 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N112320W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Nov 23 13:54:12 2020
Response via : Initial Calibration