Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN121423\
Data File : VN080487.D
Acq On : 14 Dec 2023 17:03
Operator : JC\MD
Sample : 05688-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
MW-7

Quant Time: Dec 15 00:30:21 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121223W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 13 01:57:14 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.224	168	238658	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.100	114	423915	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	430050	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	192772	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.577	65	160107	52.525	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 105.040%			
35) Dibromofluoromethane	8.165	113	137209	51.049	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 102.100%			
50) Toluene-d8	10.565	98	474345	47.321	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 94.640%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.847	95	192030	50.449	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 100.900%			
Target Compounds						Qvalue
30) Chloroform	7.965	83	5141	0.969	ug/l	98
52) Toluene	10.635	92	1877	0.234	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN121423\
Data File : VN080487.D
Acq On : 14 Dec 2023 17:03
Operator : JC\MD
Sample : 05688-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
MW-7

Quant Time: Dec 15 00:30:21 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121223W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 13 01:57:14 2023
Response via : Initial Calibration