Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN122220\
Data File : VN065200.D
Acq On : 22 Dec 2020 16:06
Operator : JC/MD
Sample : VSTDICV050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/wATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : ICVVN122220

Quant Time: Dec 23 03:38:40 2020
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N122220w.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 22 15:42:18 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	102	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.463	0.516	-11.4	106	0.00
3	P	Chloromethane	0.527	0.581	-10.2	108	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.548	0.600	-9.5#	105	0.00
5	T	Bromomethane	0.389	0.419	-7.7	107	0.00
6	T	Chloroethane	0.354	0.380	-7.3	104	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.820	0.869	-6.0	104	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.323	0.329	-1.9	104	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.460	0.493	-7.2	107	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.694	0.726	-4.6	100	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.092	0.091	1.1	96	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.491	0.501	-2.0#	105	0.00
13	T	Acrolein	0.065	0.059	9.2	94	0.00
14	T	Allyl chloride	0.810	0.856	-5.7	104	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.223	0.230	-3.1	100	-0.01
16	T	Acetone	0.260	0.204	21.5	85	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.257	1.405	-11.8	108	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.507	0.510	-0.6	99	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.560	1.629	-4.4	104	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.551	0.546	0.9	107	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.482	0.527	-9.3	108	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.611	1.695	-5.2	106	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.358	1.446	-6.5	103	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.884	0.951	-7.6	106	0.00
25	T	2-Butanone	0.317	0.306	3.5	94	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.844	0.847	-0.4	102	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.561	0.601	-7.1	106	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.379	0.382	-0.8	102	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.205	0.201	2.0	98	0.00
30	C	Chloroform	0.910	0.972	-6.8#	106	0.00
31	T	Cyclohexane	0.833	0.858	-3.0	107	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.824	0.881	-6.9	106	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.564	0.581	-3.0	103	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	100	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.302	0.317	-5.0	104	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.455	0.498	-9.5	108	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.451	0.448	0.7	96	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.477	0.517	-8.4	107	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.546	0.602	-10.3	106	0.00
40	TM	Benzene	1.352	1.465	-8.4	107	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.234	0.242	-3.4	107	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.500	0.531	-6.2	106	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.777	0.813	-4.6	101	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.390	0.422	-8.2	106	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.352	0.383	-8.8#	106	0.00
46	T	Dibromomethane	0.239	0.252	-5.4	105	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.503	0.546	-8.5	106	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.377	0.393	-4.2	102	0.00
49	T	1,4-Dioxane	0.006	0.006	0.0	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN122220\
Data File : VN065200.D
Acq On : 22 Dec 2020 16:06
Operator : JC/MD
Sample : VSTDICV050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : ICVVN122220

Quant Time: Dec 23 03:38:40 2020
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N122220W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 22 15:42:18 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
50	S	Toluene-d8	1.131	1.190	-5.2	104	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.437	0.448	-2.5	99	0.00
52	CM	Toluene	0.852	0.923	-8.3#	106	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.567	0.611	-7.8	105	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.603	0.646	-7.1	106	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.337	0.359	-6.5	104	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.522	0.554	-6.1	104	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.557	0.597	-7.2	104	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.227	0.242	-6.6	106	0.00
59	T	2-Hexanone	0.321	0.326	-1.6	97	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.402	0.437	-8.7	106	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.362	0.383	-5.8	103	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.424	0.444	-4.7	105	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	100	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.486	0.508	-4.5	107	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.018	1.097	-7.8	107	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.396	0.433	-9.3	107	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.834	1.977	-7.8#	107	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.691	0.753	-9.0	108	0.00
69	T	o-Xylene	0.671	0.728	-8.5	107	0.00
70	T	Styrene	1.119	1.239	-10.7	108	0.00
71	P	Bromoform	0.341	0.366	-7.3	104	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	102	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.808	3.901	-2.4	108	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.516	1.560	-2.9	103	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.027	1.021	0.6	104	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.020	0.983	3.6	105	0.00
77	T	Bromobenzene	0.995	1.036	-4.1	108	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.299	4.431	-3.1	107	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.532	2.595	-2.5	106	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.247	3.320	-2.2	107	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.405	0.395	2.5	99	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.607	2.705	-3.8	108	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.767	2.863	-3.5	108	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.162	3.306	-4.6	108	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.671	3.789	-3.2	108	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.365	3.512	-4.4	108	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.664	1.774	-6.6	109	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.671	1.762	-5.4	108	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.876	3.068	-6.7	108	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.579	0.637	-10.0	110	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.598	1.722	-7.8	108	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.212	0.220	-3.8	102	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.806	1.036	-28.5#	112	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.631	0.646	-2.4	111	0.00
95	T	Naphthalene	2.105	2.586	-22.9	109	0.00
96	T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.764	0.942	-23.3	112	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN122220\
Data File : VN065200.D
Acq On : 22 Dec 2020 16:06
Operator : JC/MD
Sample : VSTDICV050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/wATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
ICVVN122220

Quant Time: Dec 23 03:38:40 2020
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N122220w.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 22 15:42:18 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6