Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN122822\
Data File : VN076027.D
Acq On : 29 Dec 2022 02:55
Operator : JC\MD
Sample : PB149923ZHE#08
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 42 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Dec 29 07:50:13 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB149923ZHE#08

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :Semsettin Yesilyurt 12/29/2022
Supervised By :Mahesh Dadoda 12/31/2022

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	367947	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	584460	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	518436	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	218237	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	184386	46.063	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 92.120%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	171541	47.394	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 94.780%			
50) Toluene-d8	10.571	98	680695	50.300	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.600%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	215714	48.127	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 96.260%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.448	43	66542	48.223	ug/l	99
20) Methylene Chloride	5.295	84	19214	4.624	ug/l	95
25) 2-Butanone	7.494	43	23129	11.971	ug/l	92
37) Ethyl Acetate	7.571	43	34694	8.983	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	333765m	52.390	ug/l	

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN122822\
Data File : VN076027.D
Acq On : 29 Dec 2022 02:55
Operator : JC\MD
Sample : PB149923ZHE#08
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 42 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Dec 29 07:50:13 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB149923ZHE#08

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :Semsettin Yesilyurt 12/29/2022
Supervised By :Mahesh Dadoda 12/31/2022