Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032223\
Data File : VN077125.D
Acq On : 23 Mar 2023 04:10
Operator : JC\MD
Sample : PB151586ZHE001
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151586ZHE001

Quant Time: Mar 23 09:29:04 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 20 08:50:30 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.231	168	373427	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	657332	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.872	117	611464	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	231823	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.584	65	280711	47.061	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 94.120%			
35) Dibromofluoromethane	8.172	113	214947	46.693	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 93.380%			
50) Toluene-d8	10.572	98	822848	50.040	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.080%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	256089	44.072	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 88.140%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.449	43	38709	14.564	ug/l	96
20) Methylene Chloride	5.296	84	18864	3.270	ug/l	87
37) Ethyl Acetate	7.572	43	81216	10.557	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	338018	28.127	ug/l #	90

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032223\
Data File : VN077125.D
Acq On : 23 Mar 2023 04:10
Operator : JC\MD
Sample : PB151586ZHE001
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151586ZHE001

Quant Time: Mar 23 09:29:04 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 20 08:50:30 2023
Response via : Initial Calibration