Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032223\
Data File : VN077130.D
Acq On : 23 Mar 2023 06:11
Operator : JC\MD
Sample : PB151586ZHE006
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151586ZHE006

Quant Time: Mar 23 09:30:02 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 20 08:50:30 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.236	168	347311	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	632643	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	567725	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	212182	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	261388	47.117	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 94.240%			
35) Dibromofluoromethane	8.172	113	198524	44.809	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 89.620%			
50) Toluene-d8	10.572	98	791846	50.034	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.060%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	232128	41.508	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 83.020%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.448	43	31933	12.918	ug/l	94
20) Methylene Chloride	5.284	84	15786	2.943	ug/l	98
37) Ethyl Acetate	7.572	43	74664	10.084	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	430281	37.202	ug/l #	81

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032223\
Data File : VN077130.D
Acq On : 23 Mar 2023 06:11
Operator : JC\MD
Sample : PB151586ZHE006
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151586ZHE006

Quant Time: Mar 23 09:30:02 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 20 08:50:30 2023
Response via : Initial Calibration