Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032223\
Data File : VN077131.D
Acq On : 23 Mar 2023 06:36
Operator : JC\MD
Sample : PB151586ZHE007
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 40 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151586ZHE007

Quant Time: Mar 23 09:30:12 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 20 08:50:30 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.231	168	378794	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	690131	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.872	117	629867	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	224134	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.584	65	291985	48.258	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 96.520%			
35) Dibromofluoromethane	8.172	113	221610	45.853	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 91.700%			
50) Toluene-d8	10.572	98	869201	50.346	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.700%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	256970	42.122	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 84.240%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.443	43	31021	11.506	ug/l	91
20) Methylene Chloride	5.284	84	13864	2.369	ug/l	88
37) Ethyl Acetate	7.578	43	81926	10.143	ug/l #	94
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	376428	29.835	ug/l #	86

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032223\
Data File : VN077131.D
Acq On : 23 Mar 2023 06:36
Operator : JC\MD
Sample : PB151586ZHE007
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 40 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151586ZHE007

Quant Time: Mar 23 09:30:12 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031723W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 20 08:50:30 2023
Response via : Initial Calibration