Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN120522\
Data File : VN075569.D
Acq On : 05 Dec 2022 19:19
Operator : JC\MD
Sample : PB149407ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB149407ZHE#02

Quant Time: Dec 06 03:26:41 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N112122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 23 00:18:03 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	161363	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	279325	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	252404	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	111598	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	43873	50.652	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 101.300%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	56463	51.457	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 102.920%			
50) Toluene-d8	10.571	98	124167	50.242	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.480%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	88676	48.612	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 97.220%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.436	43	10468	12.957	ug/l	91
20) Methylene Chloride	5.277	84	4794	1.691	ug/l #	72
37) Ethyl Acetate	7.571	43	20104	9.331	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	161770	46.775	ug/l #	78

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN120522\
Data File : VN075569.D
Acq On : 05 Dec 2022 19:19
Operator : JC\MD
Sample : PB149407ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB149407ZHE#02

Quant Time: Dec 06 03:26:41 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N112122W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Nov 23 00:18:03 2022
Response via : Initial Calibration