Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA T\Data\VT112818\
Data File : VT019105.D
Acq On : 28 Nov 2018 13:19
Operator : SY/MD
Sample : VSTDICV050
Misc : 5.0mL/MSVOA T/WATER
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_T
ClientSampleId : ICVVT112818

Quant Time: Nov 29 06:27:46 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_T\METHODS\82T112818TCLP.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Nov 29 06:21:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	50.000	50.000	0.0	139	0.00
2	C	Vinyl Chloride	50.000	44.700	10.6#	124	0.00
3	CM	1,1-Dichloroethene	50.000	47.017	6.0#	135	0.00
4	T	2-Butanone	250.000	260.432	-4.2	137	0.00
5	C	Chloroform	50.000	48.818	2.4#	137	0.00
6	S	1,2-Dichloroethane-d4	50.000	48.378	3.2	133	-0.01
7	I	1,4-Difluorobenzene	50.000	50.000	0.0	124	0.00
8	S	Dibromofluoromethane	50.000	58.957	-17.9	144	0.00
9	T	Carbon Tetrachloride	50.000	56.250	-12.5	133	0.00
10	TM	Benzene	50.000	57.133	-14.3	136	-0.01
11	TM	1,2-Dichloroethane	50.000	53.555	-7.1	130	0.00
12	TM	Trichloroethene	50.000	55.202	-10.4	132	-0.01
13	S	Toluene-d8	50.000	55.448	-10.9	133	0.00
14	S	4-Bromofluorobenzene	50.000	54.801	-9.6	126	0.00
15	I	Chlorobenzene-d5	50.000	50.000	0.0	114	-0.01
16	T	Tetrachloroethene	50.000	57.621	-15.2	129	0.00
17	PM	Chlorobenzene	50.000	55.535	-11.1	125	0.00
18	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	50.000	50.000	0.0	109	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 3