Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU060222\
Data File : VU048821.D
Acq On : 02 Jun 2022 22:32
Operator : SY/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jun 03 01:21:27 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\82U052622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri May 27 06:42:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	102	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.572	0.552	3.5	107	0.00
3	P	Chloromethane	0.737	0.732	0.7	112	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.682	0.699	-2.5#	110	0.00
5	T	Bromomethane	0.426	0.294	31.0#	78	-0.02
6	T	Chloroethane	0.425	0.408	4.0	108	-0.02
7	T	Trichlorofluoromethane	0.975	0.941	3.5	104	-0.01
8	T	Diethyl Ether	0.360	0.382	-6.1	113	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.534	0.545	-2.1	113	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.704	0.760	-8.0	96	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.190	0.235	-23.7#	145	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.509	0.524	-2.9#	112	0.00
13	T	Acrolein	0.073	0.066	9.6	111	0.00
14	T	Allyl chloride	0.986	1.082	-9.7	122	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.413	0.494	-19.6	127	0.00
16	T	Acetone	0.383	0.413	-7.8	123	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.486	1.303	12.3	100	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.961	1.266	-31.7#	146	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.931	2.197	-13.8	120	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.651	0.688	-5.7	119	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.582	0.579	0.5	110	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.818	2.206	-21.3#	124	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.575	1.881	-19.4	119	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.142	1.262	-10.5	118	0.00
25	T	2-Butanone	0.550	0.668	-21.5#	128	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	1.024	0.800	21.9#	86	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.674	0.706	-4.7	115	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.448	0.530	-18.3	119	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.346	0.419	-21.1#	126	0.00
30	C	Chloroform	1.143	1.246	-9.0#	115	0.00
31	T	Cyclohexane	0.946	0.986	-4.2	113	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	1.037	1.059	-2.1	110	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.751	0.790	-5.2	107	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	108	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.357	0.367	-2.8	111	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.521	0.508	2.5	112	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.658	0.695	-5.6	120	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.597	0.531	11.1	102	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.546	0.575	-5.3	119	0.00
40	TM	Benzene	1.537	1.544	-0.5	117	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.333	0.383	-15.0	124	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.602	0.587	2.5	111	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.955	1.015	-6.3	119	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.396	0.377	4.8	109	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.387	0.444	-14.7#	121	0.00
46	T	Dibromomethane	0.289	0.294	-1.7	113	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.585	0.593	-1.4	117	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.429	0.520	-21.2#	131	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU060222\
Data File : VU048821.D
Acq On : 02 Jun 2022 22:32
Operator : SY/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jun 03 01:21:27 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\82U052622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri May 27 06:42:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.010	0.014	-40.0#	170#	0.00
50	S	Toluene-d8	1.279	1.305	-2.0	111	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.620	0.787	-26.9#	136	0.00
52	CM	Toluene	0.919	0.970	-5.5#	115	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.631	0.622	1.4	110	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.653	0.655	-0.3	110	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.406	0.423	-4.2	121	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.566	0.714	-26.1#	132	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.683	0.688	-0.7	115	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.111	0.129	-16.2	124	0.00
59	T	2-Hexanone	0.509	0.600	-17.9	133	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.455	0.445	2.2	110	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.447	0.437	2.2	114	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.484	0.533	-10.1	118	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	107	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.384	0.313	18.5	95	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.058	1.100	-4.0	115	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.401	0.426	-6.2	115	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.784	1.964	-10.1#	116	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.698	0.760	-8.9	112	0.00
69	T	o-Xylene	0.685	0.770	-12.4	119	0.00
70	T	Styrene	1.127	1.305	-15.8	118	0.00
71	P	Bromoform	0.371	0.415	-11.9	119	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	108	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.228	3.695	-14.5	120	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.396	1.886	-35.1#	137	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.317	1.662	-26.2#	144	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.612	1.833	-13.7	130	0.00
77	T	Bromobenzene	0.867	0.933	-7.6	121	0.00
78	T	n-propylbenzene	3.846	4.305	-11.9	117	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.392	2.701	-12.9	122	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	2.807	3.264	-16.3	121	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.444	0.443	0.2	110	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.760	3.088	-11.9	118	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.694	3.314	-23.0#	130	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.732	3.370	-23.4#	124	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.371	4.036	-19.7	125	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	2.894	3.467	-19.8	124	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.700	1.772	-4.2	118	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.756	1.798	-2.4	118	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.544	2.965	-16.5	118	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.591	0.614	-3.9	123	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.717	1.862	-8.4	124	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.379	0.405	-6.9	119	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	1.127	1.069	5.1	104	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.540	0.551	-2.0	123	0.00
95	T	Naphthalene	3.495	3.626	-3.7	108	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU060222\
Data File : VU048821.D
Acq On : 02 Jun 2022 22:32
Operator : SY/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jun 03 01:21:27 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\82U052622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri May 27 06:42:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 20% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	1.116	1.120	-0.4	109	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6