Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\DATA\VU091518\
Data File : VU026730.D
Acq On : 13 Sep 2018 17:07
Operator : MD/SY
Sample : J4893-18
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
ClientSampleId : C08T4

Quant Time: Sep 14 01:37:45 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\SOMULM091018WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Fri Sep 14 01:21:50 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Difluorobenzene	5.89	114	184058	50.00	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	9.09	117	168379	50.00	ug/L	0.00
60) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.48	152	74783	50.00	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.40	65	62867	45.83	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 135		Recovery = 91.66%			
7) Chloroethane-d5	1.68	69	49920	45.16	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 130		Recovery = 90.32%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.27	63	87080	35.48	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 70.96%			
21) 2-Butanone-d5	4.18	46	81138	95.06	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 40 - 130		Recovery = 95.06%			
24) Chloroform-d	4.65	84	98675	43.27	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 86.54%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.31	65	66747	44.72	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 89.44%			
32) Benzene-d6	5.34	84	207501	47.61	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 95.22%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.33	67	69542	47.55	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 120		Recovery = 95.10%			
41) Toluene-d8	7.57	98	185619	45.39	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 90.78%			
43) trans-1,3-Dichloropropene-	7.85	79	30178	44.39	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 88.78%			
47) 2-Hexanone-d5	8.31	63	56536	94.75	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 45 - 130		Recovery = 94.75%			
57) 1,1,2,2-Tetrachloroethane-	10.43	84	89404	44.65	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 120		Recovery = 89.30%			
64) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.86	152	70323	47.17	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 94.34%			
Target Compounds						Qvalue
13) Acetone	2.32	43	2448	2.518	ug/L	88

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\DATA\VU091518\
Data File : VU026730.D
Acq On : 13 Sep 2018 17:07
Operator : MD/SY
Sample : J4893-18
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
C08T4

Quant Time: Sep 14 01:37:45 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\SOMULM091018WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Fri Sep 14 01:21:50 2018
Response via : Initial Calibration