Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\DATA\VU091619\
Data File : VU034599.D
Acq On : 17 Sep 2019 05:28
Operator : JC/SP
Sample : K4894-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 47 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
ClientSampleId : C0MQ2

Quant Time: Sep 17 06:50:30 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\SOMULM091619WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Tue Sep 17 05:01:24 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Difluorobenzene	5.86	114	245635	50.00	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	9.07	117	231659	50.00	ug/L	0.00
60) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.46	152	92552	50.00	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.39	65	54584	46.06	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 135		Recovery = 92.12%			
7) Chloroethane-d5	1.67	69	49606	54.43	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 130		Recovery = 108.86%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.26	63	90910	37.49	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 74.98%			
21) 2-Butanone-d5	4.15	46	150764	112.82	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 40 - 130		Recovery = 112.82%			
24) Chloroform-d	4.62	84	141629	52.64	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 105.28%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.29	65	90212	54.95	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 109.90%			
32) Benzene-d6	5.32	84	268617	52.73	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 105.46%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.31	67	99378	52.41	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 120		Recovery = 104.82%			
41) Toluene-d8	7.54	98	253249	51.21	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 102.42%			
43) trans-1,3-Dichloropropene-	7.83	79	43617	48.22	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 96.44%			
47) 2-Hexanone-d5	8.29	63	105300	102.37	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 45 - 130		Recovery = 102.37%			
57) 1,1,2,2-Tetrachloroethane-	10.41	84	152753	51.56	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 120		Recovery = 103.12%			
64) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.84	152	88144	53.39	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 106.78%			

Target Compounds	Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\DATA\VU091619\
Data File : VU034599.D
Acq On : 17 Sep 2019 05:28
Operator : JC/SP
Sample : K4894-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 47 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
ClientSampleId : C0MQ2

Quant Time: Sep 17 06:50:30 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\SOMULM091619WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Tue Sep 17 05:01:24 2019
Response via : Initial Calibration