Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\DATA\VU100320\
Data File : VU040485.D
Acq On : 03 Oct 2020 17:28
Operator : SY/MD
Sample : L4240-14
Misc : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
ClientSampleId : BG3T4

Quant Time: Oct 05 02:11:15 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\SOMUTR092920WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SOM01.0
QLast Update : Mon Oct 05 00:56:13 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Difluorobenzene	6.26	114	131106	5.00	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	9.42	117	131866	5.00	ug/L	0.00
60) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.81	152	62735	5.00	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.61	65	29681	4.57	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 40 - 130		Recovery = 91.40%			
7) Chloroethane-d5	1.92	69	26324	4.63	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 130		Recovery = 92.60%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.58	63	50063	3.21	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 125		Recovery = 64.20%			
20) 2-Butanone-d5	4.66	46	136442	42.32	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 40 - 130		Recovery = 84.64%			
24) Chloroform-d	5.08	84	68154	4.41	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 88.20%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.72	65	41814	4.44	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 88.80%			
32) Benzene-d6	5.75	84	122610	4.63	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 92.60%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.70	67	42165	4.35	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 140		Recovery = 87.00%			
41) Toluene-d8	7.91	98	102943	4.47	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 89.40%			
43) trans-1,3-Dichloropropene-	8.19	79	18287	4.62	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 55 - 130		Recovery = 92.40%			
46) 2-Hexanone-d5	8.64	63	91201	39.18	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 45 - 130		Recovery = 78.36%			
57) 1,1,2,2-Tetrachloroethane-	10.75	84	38940	4.13	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 120		Recovery = 82.60%			
64) 1,2-Dichlorobenzene-d4	12.19	152	43922	4.62	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 80 - 120		Recovery = 92.40%			
Target Compounds						Qvalue
42) Toluene	7.97	91	2898	0.064	ug/L	99
45) 1,1,2-Trichloroethane	8.41	97	689	0.080	ug/L #	85
56) Isopropylbenzene	10.48	105	1518	0.033	ug/L #	86
68) 1,2,4-trichlorobenzene	13.83	180	5902	0.495	ug/L	97
70) 1,2,3-Trichlorobenzene	14.32	180	2008	0.184	ug/L	92

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA U\DATA\VU100320\
Data File : VU040485.D
Acq On : 03 Oct 2020 17:28
Operator : SY/MD
Sample : L4240-14
Misc : 25.0mL/MSVOA U/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BG3T4

Quant Time: Oct 05 02:11:15 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\SOMUTR092920WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SOM01.0
QLast Update : Mon Oct 05 00:56:13 2020
Response via : Initial Calibration