Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU102318\
Data File : VU027768.D
Acq On : 23 Oct 2018 17:45
Operator : MD/SY
Sample : VSTDCCC010
Misc : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
LabSampleId : VSTDCCC010

Quant Time: Oct 24 08:03:36 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\524U0102318DW.M
Quant Title : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER
QLast Update : Tue Oct 23 09:12:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 30% Max. Rel. Area : 200%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	i	Fluorobenzene	1.000	1.000	0.0	85	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.397	0.423	-6.5	89	0.00
3	t	Chloromethane	0.425	0.431	-1.4	89	0.00
4	Rt	Vinyl Chloride	0.396	0.399	-0.8	84	0.00
5	T	Bromomethane	0.208	0.213	-2.4	89	0.00
6	T	Chloroethane	0.215	0.223	-3.7	89	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.483	0.520	-7.7	91	0.00
8		1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifl	0.254	0.271	-6.7	90	0.00
9	Rt	1,1-Dichloroethene	0.223	0.236	-5.8	88	0.00
10	t	Iodomethane	0.300	0.346	-15.3	86	0.00
11	t	Allyl Chloride	0.528	0.555	-5.1	90	0.00
12	t	Acrylonitrile	0.068	0.064	5.9	88	0.00
13	T	Acetone	0.062	0.061	1.6	93	0.00
14	T	Carbon Disulfide	0.830	0.836	-0.7	86	0.00
15	RT	Methylene Chloride	0.281	0.269	4.3	89	0.00
16	RT	trans-1,2-Dichloroethene	0.248	0.266	-7.3	90	0.00
17	t	1,1-Dichloroethane	0.548	0.560	-2.2	88	0.00
18	T	2-Butanone	0.103	0.101	1.9	88	0.00
19		Cyclohexane	0.491	0.497	-1.2	86	0.00
20		Methylcyclohexane	0.498	0.530	-6.4	88	0.00
21	T	2,2-Dichloropropane	0.484	0.513	-6.0	94	0.00
22	RT	cis-1,2-Dichloroethene	0.297	0.307	-3.4	89	0.00
23	t	Diethyl Ether	0.212	0.217	-2.4	86	0.00
24	t	tert-Butyl Alcohol	0.023	0.025	-8.7	91	0.00
25	t	Methyl tert-Butyl Ether	0.710	0.741	-4.4	89	0.00
26	t	Bromochloromethane	0.119	0.124	-4.2	88	0.00
27	t	Chloroform	0.533	0.565	-6.0	90	0.00
28	RT	1,1,1-Trichloroethane	0.475	0.507	-6.7	89	0.00
29	T	1,1-Dichloropropene	0.415	0.440	-6.0	87	0.00
30	RT	Carbon Tetrachloride	0.424	0.450	-6.1	89	0.00
31	t	Isopropyl Ether	0.987	1.023	-3.6	87	0.00
32		Ethyl-t-butyl ether	0.876	0.909	-3.8	88	0.00
33		Tert-Amyl methyl ether	0.743	0.775	-4.3	87	0.00
34	t	Propionitrile	0.025	0.027	-8.0	90	0.00
35	RT	Benzene	1.159	1.212	-4.6	87	0.00
36	RT	1,2-Dichloroethane	0.386	0.406	-5.2	88	0.00
37	RT	Trichloroethene	0.286	0.297	-3.8	88	0.00
38	Rt	1,2-Dichloropropane	0.325	0.342	-5.2	88	0.00
39	t	Methacrylonitrile	0.136	0.141	-3.7	88	0.00
40	t	Methyl acrylate	0.177	0.184	-4.0	86	0.00
41	t	Tetrahydrofuran	0.075	0.072	4.0	88	0.00
42	t	1-Chlorobutane	0.654	0.676	-3.4	86	0.00
43	T	Dibromomethane	0.148	0.162	-9.5	90	0.00
44	T	Bromodichloromethane	0.402	0.430	-7.0	89	0.00
45	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.240	0.256	-6.7	89	0.00
46	t	t-1,4-Dichloro-2-butene	0.087	0.093	-6.9	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA U\Data\VU102318\
Data File : VU027768.D
Acq On : 23 Oct 2018 17:45
Operator : MD/SY
Sample : VSTDCCC010
Misc : 25.0mL/MSVOA U/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
LabSampleId : VSTDCCC010

Quant Time: Oct 24 08:03:36 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA U\METHOD\524U0102318DW.M
Quant Title : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER
QLast Update : Tue Oct 23 09:12:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 30% Max. Rel. Area : 200%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
47	t	Methyl methacrylate	0.156	0.167	-7.1	86	0.00
48	t	Ethyl methacrylate	0.324	0.355	-9.6	88	0.00
49	Rt	Toluene	0.688	0.741	-7.7	88	0.00
50	T	t-1,3-Dichloropropene	0.400	0.438	-9.5	89	0.00
51	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.472	0.503	-6.6	87	0.00
52	RT	1,1,2-Trichloroethane	0.200	0.218	-9.0	90	0.00
53	t	1,3-Dichloropropane	0.384	0.409	-6.5	88	0.00
54	t	2-Hexanone	0.171	0.186	-8.8	91	0.00
55	t	Dibromochloromethane	0.251	0.273	-8.8	89	0.00
56	T	1,2-Dibromoethane	0.196	0.213	-8.7	90	0.00
57	S	4-Bromofluorobenzene	0.379	0.414	-9.2	90	0.00
58	RT	Tetrachloroethene	0.270	0.282	-4.4	89	0.00
59	Rt	Chlorobenzene	0.737	0.789	-7.1	89	0.00
60	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.268	0.293	-9.3	90	0.00
61	t	Pentachloroethane	0.200	0.226	-13.0	88	0.00
62	t	Hexachloroethane	0.220	0.245	-11.4	88	0.00
63	Rt	Ethyl Benzene	1.396	1.523	-9.1	90	0.00
64	RT	m/p-Xylenes	0.498	0.537	-7.8	88	0.00
65	RT	o-Xylene	0.494	0.522	-5.7	87	0.00
66	RT	Styrene	0.815	0.894	-9.7	88	0.00
67	t	Bromoform	0.145	0.159	-9.7	87	0.00
68	S	1,2-Dichlorobenzene-d4	0.358	0.368	-2.8	86	0.00
69	T	Isopropylbenzene	1.352	1.453	-7.5	89	0.00
70	T	1,1,2,2-Tetrachloroethane	0.266	0.286	-7.5	89	0.00
71	T	1,2,3-Trichloropropane	0.206	0.216	-4.9	87	0.00
72	t	Bromobenzene	0.301	0.334	-11.0	88	0.00
73	t	n-propylbenzene	0.349	0.383	-9.7	87	0.00
74	t	2-Chlorotoluene	0.299	0.325	-8.7	88	0.00
75	t	1,3,5-Trimethylbenzene	1.128	1.234	-9.4	89	0.00
76	t	4-Chlorotoluene	0.303	0.342	-12.9	92	0.00
77	t	tert-Butylbenzene	1.110	1.210	-9.0	90	0.00
78	t	1,2,4-Trimethylbenzene	1.159	1.293	-11.6	91	0.00
79	t	sec-Butylbenzene	1.470	1.624	-10.5	90	0.00
80		Nitrobenzene	0.010	0.011	-10.0	74	0.00
81	t	p-Isopropyltoluene	1.201	1.342	-11.7	90	0.00
82	t	1,3-Dichlorobenzene	0.596	0.660	-10.7	90	0.00
83	Rt	1,4-Dichlorobenzene	0.597	0.652	-9.2	91	0.00
84	t	n-Butylbenzene	1.167	1.370	-17.4	92	0.00
85	Rt	1,2-Dichlorobenzene	0.569	0.619	-8.8	90	0.00
86	t	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.049	0.052	-6.1	83	0.00
87	Rt	1,2,4-Trichlorobenzene	0.413	0.477	-15.5	89	0.00
88	t	Hexachlorobutadiene	0.248	0.278	-12.1	92	0.00
89	t	Naphthalene	0.776	0.861	-11.0	87	0.00
90	t	1,2,3-Trichlorobenzene	0.393	0.438	-11.5	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU102318\
Data File : VU027768.D
Acq On : 23 Oct 2018 17:45
Operator : MD/SY
Sample : VSTDCCC010
Misc : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_U
LabSampleId : VSTDCCC010

Quant Time: Oct 24 08:03:36 2018
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_U\METHOD\524U0102318DW.M
Quant Title : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER
QLast Update : Tue Oct 23 09:12:15 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 20% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 30% Max. Rel. Area : 200%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0