BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU070524\
Data File : VU059845.D
Acq On : 05 Jul 2024 07:58
Operator : MD/SY
Sample : BFB170
Misc : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB170

Integration File: rteint.p

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\SFAMUTR061724WMA.M
Title : TRACE VOA SFAM1.0
Last Update : Sat Jul 06 02:59:52 2024





AutoFind: Scans 2903, 2904, 2905; Background Corrected with Scan 2890

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	17.0	19675	PASS
75	95	30	80	48.7	56328	PASS
95	95	100	100	100.0	115765	PASS
96	95	5	9	6.5	7539	PASS
173	174	0.00	2	1.2	1300	PASS
174	95	50	120	90.6	104909	PASS
175	174	5	9	7.0	7374	PASS
176	174	95	101	96.3	101021	PASS
177	176	5	9	6.1	6115	PASS

Scan 2890 (10.582 min): VU059845.D\data.ms
BFB170

m/z	Abundance
39.80	146.0
43.80	221.0

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB170

Scan 2903 (10.624 min): VU059845.D\data.ms
BFB170

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB170

m/z	Abundance
35.90	696.0
36.90	4053.0
37.90	3815.0
38.90	1761.0
39.80	205.0
43.90	828.0
44.90	850.0
45.90	186.0
46.90	973.0
47.90	624.0
48.90	4420.0
50.00	19512.0
51.00	5965.0
51.90	418.0
52.90	161.0
53.90	110.0
55.00	239.0
56.00	1498.0
56.90	2815.0
58.00	125.0
59.90	1235.0
60.90	5050.0
62.00	5301.0
63.00	4996.0
63.90	765.0
64.90	1066.0
65.80	107.0
66.90	302.0
67.90	10979.0
69.00	11103.0
69.90	743.0
71.80	624.0
72.90	4921.0
74.00	18696.0
75.00	54592.0
75.90	4960.0
77.00	758.0
78.00	454.0
78.90	4469.0
79.90	1171.0
80.90	4006.0
81.80	954.0
85.80	150.0
86.90	5179.0
87.90	5232.0
91.00	316.0
91.90	3027.0
92.90	5030.0
94.00	13503.0
95.00	111624.0
96.00	7505.0
96.90	164.0
103.90	443.0
104.90	124.0
105.90	376.0
106.80	124.0
109.80	110.0
112.80	126.0
114.80	119.0
115.90	452.0
116.90	940.0
117.80	535.0
118.80	707.0
127.80	485.0
128.80	170.0
129.80	321.0
131.00	109.0
134.90	110.0
136.90	154.0
139.90	146.0
140.90	987.0
141.90	193.0
142.90	1573.0
143.90	178.0
144.90	966.0
145.70	101.0
147.90	191.0
149.80	122.0
154.90	287.0
156.80	216.0
158.70	111.0
160.90	104.0
170.90	295.0
171.90	1592.0
173.00	1216.0
173.90	99704.0
174.90	6903.0
175.90	95544.0
176.90	6145.0
177.80	160.0

Scan 2904 (10.627 min): VU059845.D\data.ms
BFB170

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB170

m/z	Abundance
35.90	707.0
36.90	4194.0
37.90	4049.0
38.90	1845.0
39.90	230.0
43.90	877.0
44.90	915.0
45.80	172.0
46.90	1118.0
47.90	664.0
48.90	4525.0
50.00	20424.0
51.00	6480.0
51.90	360.0
52.90	130.0
53.90	131.0
54.90	286.0
55.90	1517.0
56.90	2892.0
57.80	136.0
59.90	1219.0
60.90	5305.0
62.00	5496.0
63.00	5134.0
63.90	831.0
64.90	1219.0
65.80	124.0
66.90	327.0
67.90	11410.0
69.00	11802.0
69.90	814.0
71.90	667.0
72.90	5020.0
74.00	19920.0
75.00	58208.0
75.90	5430.0
77.00	798.0
77.90	526.0
78.90	4772.0
79.90	1217.0
80.90	4502.0
81.80	1060.0
85.80	147.0
86.90	5656.0
87.90	5539.0
91.00	348.0
91.90	3384.0
92.90	5066.0
94.00	14516.0
95.00	119688.0
95.90	7778.0
96.90	150.0
103.90	489.0
104.80	152.0
105.90	417.0
106.80	147.0
112.80	128.0
114.80	141.0
115.80	446.0
116.90	999.0
117.80	517.0
118.80	654.0
127.80	498.0
128.80	166.0
129.80	358.0
131.00	105.0
134.90	152.0
136.90	154.0
139.90	161.0
140.90	1134.0
141.90	228.0
142.90	1578.0
143.90	194.0
144.90	912.0
145.70	134.0
147.90	233.0
149.70	143.0
154.90	243.0
156.90	211.0
158.70	156.0
160.90	111.0
170.90	299.0
171.90	1779.0
173.00	1347.0
173.90	108432.0
174.90	7542.0
175.90	104528.0
176.90	6283.0
177.80	177.0

Scan 2905 (10.631 min): VU059845.D\data.ms
BFB170

Instrument :
MSVOA_U
ClientSampleId :
BFB170

m/z	Abundance
36.00	675.0
36.90	3804.0
37.90	3727.0
38.90	1682.0
39.90	226.0
43.90	864.0
44.90	871.0
45.80	141.0
46.90	1121.0
47.90	663.0
48.90	4098.0
50.00	19088.0
50.90	6260.0
51.90	307.0
52.80	106.0
53.90	111.0
54.90	279.0
55.90	1387.0
56.90	2765.0
57.80	153.0
59.90	1032.0
60.90	5001.0
62.00	5090.0
62.90	4695.0
63.90	836.0
64.90	1138.0
66.00	137.0
66.90	336.0
67.90	10812.0
69.00	11322.0
69.90	762.0
71.80	645.0
72.90	4805.0
74.00	19000.0
75.00	56184.0
75.90	5154.0
76.90	815.0
77.90	540.0
78.90	4526.0
79.90	1197.0
80.90	4562.0
81.80	1060.0
85.80	164.0
86.90	5473.0
87.90	5173.0
90.90	356.0
91.90	3310.0
93.00	4775.0
94.00	14166.0
95.00	115984.0
95.90	7335.0
96.80	168.0
103.90	548.0
104.80	206.0
105.80	469.0
106.90	138.0
112.80	110.0
114.80	131.0
115.80	416.0
116.90	915.0
117.90	468.0
118.80	607.0
127.80	418.0
128.80	142.0
129.80	360.0
134.90	159.0
136.70	147.0
140.00	109.0
140.90	1150.0
141.90	232.0
142.90	1485.0
143.90	159.0
144.90	807.0
145.80	189.0
147.90	258.0
149.70	149.0
154.80	231.0
156.90	158.0
158.70	166.0
160.90	111.0
170.80	277.0
171.90	1914.0
173.00	1336.0
173.90	106592.0
174.90	7676.0
175.90	102992.0
176.90	5916.0
177.90	150.0