Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV011024\
Data File : VV033567.D
Acq On : 10 Jan 2024 17:54
Operator : SY/MD
Sample : P1061-13
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
DCMH3

Quant Time: Jan 11 00:52:49 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM011024WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Thu Jan 11 00:32:34 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Difluorobenzene	5.535	114	329824	50.000	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.786	117	305975	50.000	ug/L	0.00
58) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.185	152	147498	50.000	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.278	65	121408	47.895	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 135		Recovery = 95.800%			
7) Chloroethane-d5	1.529	69	94608	47.129	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 130		Recovery = 94.260%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.060	65	51027	46.774	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 93.540%			
21) 2-Butanone-d5	3.783	46	163427	93.995	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 40 - 130		Recovery = 94.000%			
24) Chloroform-d	4.249	84	204738	45.170	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 90.340%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	4.941	65	139657	47.687	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 95.380%			
32) Benzene-d6	4.960	84	423822	48.723	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 97.440%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	5.989	67	142135	49.640	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 120		Recovery = 99.280%			
41) Toluene-d8	7.243	98	379782	48.457	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 96.920%			
43) trans-1,3-Dichloroprop...	7.555	79	68495	48.402	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 96.800%			
47) 2-Hexanone-d5	8.024	63	120532	101.484	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 45 - 130		Recovery = 101.480%			
56) 1,1,2,2-Tetrachloroeth...	10.153	84	173828	47.554	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 120		Recovery = 95.100%			
66) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.561	152	137028	48.966	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 97.940%			

Target Compounds Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV011024\
Data File : VV033567.D
Acq On : 10 Jan 2024 17:54
Operator : SY/MD
Sample : P1061-13
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
DCMH3

Quant Time: Jan 11 00:52:49 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM011024WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Thu Jan 11 00:32:34 2024
Response via : Initial Calibration