Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\DATA\VV031819\
Data File : VV009768.D
Acq On : 18 Mar 2019 19:01
Operator : SY/MD
Sample : K1967-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_V
ClientSampleId : C09C2

Quant Time: Apr 03 09:29:32 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVLM031719WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Mon Mar 18 12:32:58 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Difluorobenzene	5.67	114	134676	50.00	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.90	117	128220	50.00	ug/L	0.00
60) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.30	152	50714	50.00	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.32	65	41468	45.67	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 135		Recovery = 91.34%			
7) Chloroethane-d5	1.56	69	34613	51.67	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 130		Recovery = 103.34%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.12	63	70340	36.38	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 72.76%			
21) 2-Butanone-d5	3.93	46	55194	102.05	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 40 - 130		Recovery = 102.05%			
24) Chloroform-d	4.40	84	79494	47.65	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 95.30%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.08	65	51844	51.21	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 102.42%			
32) Benzene-d6	5.10	84	171934	51.32	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 102.64%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.12	67	51544	50.53	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 120		Recovery = 101.06%			
41) Toluene-d8	7.36	98	159659	49.52	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 99.04%			
43) trans-1,3-Dichloropropene-	7.66	79	22499	46.64	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 93.28%			
47) 2-Hexanone-d5	8.13	63	40831	98.35	ug/L	0.00
Spiked Amount 100.000	Range 45 - 130		Recovery = 98.35%			
57) 1,1,2,2-Tetrachloroethane-	10.26	84	74508	48.15	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 120		Recovery = 96.30%			
64) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.68	152	53866	52.49	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 104.98%			
Target Compounds						Qvalue
13) Acetone	2.19	43	2035	3.972	ug/L	87
51) Chlorobenzene	8.93	112	7159	2.734	ug/L	97
63) 1,4-Dichlorobenzene	11.32	146	3240	1.930	ug/L	85
68) 1,2,4-trichlorobenzene	13.31	180	1780	2.400	ug/L #	79

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\DATA\VV031819\
Data File : VV009768.D
Acq On : 18 Mar 2019 19:01
Operator : SY/MD
Sample : K1967-09
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
C09C2

Quant Time: Apr 03 09:29:32 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVLM031719WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Mon Mar 18 12:32:58 2019
Response via : Initial Calibration





#13
Acetone
Concen: 3.972 ug/L
RT: 2.19 min Scan# 342
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VV009768.D
Acq: 18 Mar 2019 19:01

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
C09C2

Tgt Ion: 43 Resp: 2035

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	41.6	0.0	67.8





#51
Chlorobenzene
Concen: 2.734 ug/L
RT: 8.93 min Scan# 2438
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VV009768.D
Acq: 18 Mar 2019 19:01

Tgt Ion:112 Resp: 7159

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	33.1	22.5	41.9
77	54.4	45.4	68.2





#63
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 1.930 ug/L
RT: 11.32 min Scan# 3181
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VV009768.D
Acq: 18 Mar 2019 19:01

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
C09C2

Tgt Ion:146 Resp: 3240

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	43.0	26.7	49.5
148	48.9	44.3	82.3





#68
1,2,4-trichlorobenzene
Concen: 2.400 ug/L
RT: 13.31 min Scan# 3802
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VV009768.D
Acq: 18 Mar 2019 19:01

Tgt Ion:180 Resp: 1780

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	112.4	75.7	113.5
145	16.0	25.3	37.9#