Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\DATA\VV041520\
Data File : VV015515.D
Acq On : 15 Apr 2020 17:54
Operator : SY/MD
Sample : L2274-14DL 10X
Misc : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_V
ClientSampleId : YAQB2DL

Quant Time: Apr 16 02:06:00 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVTR040920WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SOM01.0
QLast Update : Thu Apr 16 00:42:12 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Difluorobenzene	5.64	114	104775	5.00	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.87	117	97565	5.00	ug/L	0.00
60) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.27	152	48733	5.00	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.31	65	28996	5.33	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 40 - 130		Recovery = 106.60%			
7) Chloroethane-d5	1.58	69	25903	5.18	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 130		Recovery = 103.60%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.12	63	40704	3.56	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 125		Recovery = 71.20%			
20) 2-Butanone-d5	3.95	46	77679	50.89	ug/L	0.03
Spiked Amount 50.000	Range 40 - 130		Recovery = 101.78%			
24) Chloroform-d	4.38	84	56603	4.70	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 94.00%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.06	65	32398	4.99	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 99.80%			
32) Benzene-d6	5.08	84	112919	5.22	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 104.40%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.09	67	35517	5.27	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 140		Recovery = 105.40%			
41) Toluene-d8	7.34	98	103869	5.03	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 100.60%			
43) trans-1,3-Dichloropropene-	7.65	79	13901	4.74	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 55 - 130		Recovery = 94.80%			
46) 2-Hexanone-d5	8.12	63	61825	43.72	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 45 - 130		Recovery = 87.44%			
57) 1,1,2,2-Tetrachloroethane-	10.24	84	24275	4.54	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 120		Recovery = 90.80%			
64) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.65	152	38065	4.87	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 80 - 120		Recovery = 97.40%			
Target Compounds						Qvalue
25) Chloroform	4.41	83	2439	0.171	ug/L	88
47) Tetrachloroethene	8.00	164	36025	6.186	ug/L	99

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\DATA\VV041520\
Data File : VV015515.D
Acq On : 15 Apr 2020 17:54
Operator : SY/MD
Sample : L2274-14DL 10X
Misc : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_V
ClientSampleId : YAQB2DL

Quant Time: Apr 16 02:06:00 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_V\METHOD\SOMVTR040920WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SOM01.0
QLast Update : Thu Apr 16 00:42:12 2020
Response via : Initial Calibration





#25
Chloroform
Concen: 0.171 ug/L
RT: 4.41 min Scan# 1031
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VV015515.D
Acq: 15 Apr 2020 17:54

Instrument : MSVOA_V
ClientSampleId : YAQB2DL

Tgt Ion: 83 Resp: 2439

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	74.8	45.9	85.3





#47
Tetrachloroethene
Concen: 6.186 ug/L
RT: 8.00 min Scan# 2148
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VV015515.D
Acq: 15 Apr 2020 17:54

Tgt Ion:164 Resp: 36025

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
129	101.1	70.6	131.0
131	98.3	68.3	126.8
166	127.7	88.3	163.9