Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV061722\
Data File : VV026392.D
Acq On : 17 Jun 2022 20:04
Operator : SY/MD
Sample : N3318-21
Misc : 25mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VHBLK001

Quant Time: Jun 18 01:17:30 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR061522WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SFAM1.0
QLast Update : Sat Jun 18 01:02:22 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Difluorobenzene	5.625	114	177881	5.000	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.854	117	170814	5.000	ug/L	0.00
58) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.249	152	70016	5.000	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.323	65	51217	3.315	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 40 - 130		Recovery = 66.200%			
7) Chloroethane-d5	1.584	69	49384	4.065	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 130		Recovery = 81.400%			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.124	63	75703	2.853	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 125		Recovery = 57.000%#			
20) 2-Butanone-d5	3.924	46	87376	57.958	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 40 - 130		Recovery = 115.920%			
24) Chloroform-d	4.365	84	111248	4.913	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 98.200%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	5.047	65	45597	4.759	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 95.200%			
32) Benzene-d6	5.063	84	198562	4.348	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 125		Recovery = 87.000%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	6.079	67	63959	4.799	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 60 - 140		Recovery = 96.000%			
41) Toluene-d8	7.320	98	152091	3.652	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 70 - 130		Recovery = 73.000%			
43) trans-1,3-Dichloroprop...	7.632	79	12246	2.833	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 55 - 130		Recovery = 56.600%			
46) 2-Hexanone-d5	8.092	63	61461	47.077	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 45 - 130		Recovery = 94.160%			
56) 1,1,2,2-Tetrachloroeth...	10.217	84	44556	5.427	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 65 - 120		Recovery = 108.600%			
66) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.625	152	54296	5.035	ug/L	0.00
Spiked Amount 5.000	Range 80 - 120		Recovery = 100.600%			
Target Compounds						Qvalue
16) Methylene chloride	2.526	84	6545	0.456	ug/L	91

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV061722\
Data File : VV026392.D
Acq On : 17 Jun 2022 20:04
Operator : SY/MD
Sample : N3318-21
Misc : 25mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VHBLK001

Quant Time: Jun 18 01:17:30 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR061522WMA.M
Quant Title : TRACE VOA SFAM1.0
QLast Update : Sat Jun 18 01:02:22 2022
Response via : Initial Calibration