BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV062521\
Data File : VV021564.D
Acq On : 25 Jun 2021 08:40
Operator : SY/MD
Sample : BFB73
Misc : 5.0mL/MSVOA_V/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB173

Integration File: LSCINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM052721WMA.M
Title : VOC Analysis
Last Update : Sat Jun 26 02:29:57 2021



AutoFind: Scans 2810, 2811, 2812; Background Corrected with Scan 2799

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	17.4	12889	PASS
75	95	30	80	47.7	35363	PASS
95	95	100	100	100.0	74085	PASS
96	95	5	9	6.8	5073	PASS
173	174	0.00	2	1.0	611	PASS
174	95	50	120	80.9	59907	PASS
175	174	5	9	7.4	4439	PASS
176	174	95	105	98.2	58808	PASS
177	176	5	10	6.8	4002	PASS

Scan 2812 (10.082 min): VV021564.D\data.ms
BFB73

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB173

m/z	Abundance
36.00	552.0
37.00	2734.0
38.00	2368.0
39.00	1118.0
39.90	178.0
43.00	118.0
44.00	760.0
45.00	614.0
47.00	731.0
47.90	415.0
49.00	2489.0
50.00	11899.0
51.00	3610.0
52.10	270.0
55.00	183.0
55.90	892.0
57.00	1734.0
60.00	597.0
61.00	3014.0
62.00	3105.0
63.00	1980.0
64.00	229.0
66.90	290.0
68.00	6487.0
69.00	6371.0
70.00	538.0
71.90	318.0
73.00	3001.0
74.00	10995.0
75.00	33056.0
76.00	2788.0
77.00	546.0
78.10	271.0
78.90	1930.0
79.90	573.0
80.90	2057.0
81.90	471.0
86.00	149.0
87.00	2705.0
87.90	2813.0
90.90	302.0
91.90	1815.0
93.00	2727.0
94.00	7961.0
95.00	70200.0
96.00	4746.0
97.00	128.0
103.80	338.0
105.90	304.0
106.90	123.0
114.80	118.0
115.90	241.0
116.90	405.0
118.00	264.0
118.80	352.0
127.90	320.0
128.80	122.0
129.80	274.0
130.90	124.0
134.90	210.0
136.80	132.0
140.90	781.0
142.90	655.0
145.90	140.0
147.80	199.0
154.90	124.0
157.00	137.0
160.70	107.0
171.90	200.0
173.00	586.0
174.00	57632.0
175.00	4198.0
175.90	57064.0
176.90	3723.0

Scan 2799 (10.040 min): VV021564.D\data.ms
BFB73

m/z	Abundance
39.80	146.0
43.10	103.0
43.90	446.0

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB173

Scan 2810 (10.075 min): VV021564.D\data.ms
BFB73

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB173

m/z	Abundance
35.90	601.0
37.00	3141.0
38.00	2797.0
39.00	1192.0
39.80	227.0
40.90	111.0
43.10	148.0
44.00	855.0
45.00	697.0
47.00	855.0
47.90	530.0
49.00	2537.0
50.00	13452.0
51.00	4225.0
52.00	245.0
55.00	227.0
56.00	1019.0
57.00	2034.0
60.00	712.0
61.00	3193.0
62.00	3451.0
63.00	2322.0
63.90	239.0
65.10	101.0
67.00	225.0
68.00	7008.0
69.00	6949.0
69.90	508.0
72.00	329.0
73.00	3199.0
74.00	11819.0
75.00	36384.0
76.00	3047.0
77.00	499.0
77.90	224.0
78.90	2075.0
79.90	671.0
80.90	2094.0
81.90	504.0
83.00	132.0
86.00	173.0
86.90	3064.0
87.90	3202.0
90.90	333.0
91.90	2039.0
93.00	3001.0
94.00	8779.0
95.00	75560.0
96.00	5215.0
97.10	130.0
103.90	303.0
104.90	138.0
105.90	278.0
110.80	102.0
115.80	243.0
117.00	422.0
117.90	324.0
118.90	425.0
127.80	326.0
129.00	103.0
129.90	292.0
131.00	102.0
134.80	172.0
136.80	132.0
141.00	868.0
141.90	110.0
143.00	729.0
145.90	122.0
147.60	130.0
148.00	129.0
149.90	115.0
154.90	244.0
156.90	177.0
171.80	253.0
173.00	604.0
174.00	60264.0
175.00	4576.0
176.00	58384.0
176.90	4165.0

Scan 2811 (10.079 min): VV021564.D\data.ms
BFB73

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
BFB173

m/z	Abundance
35.90	571.0
37.00	3080.0
38.00	2759.0
39.00	1262.0
39.90	203.0
43.00	124.0
44.00	817.0
45.00	709.0
47.10	883.0
47.90	514.0
49.00	2603.0
50.00	13317.0
51.00	4188.0
52.10	292.0
55.00	209.0
55.90	999.0
57.00	1982.0
58.10	109.0
60.00	688.0
61.00	3227.0
62.00	3446.0
63.00	2238.0
64.00	251.0
67.00	256.0
68.00	7061.0
69.00	6941.0
70.00	551.0
71.90	316.0
73.00	3271.0
74.00	11940.0
75.00	36648.0
76.00	3044.0
77.00	549.0
78.10	273.0
78.90	2120.0
79.90	660.0
80.90	2160.0
81.90	522.0
82.90	103.0
86.00	180.0
87.00	3064.0
87.90	3162.0
90.90	338.0
91.90	2025.0
93.00	2967.0
94.00	8902.0
95.00	76496.0
96.00	5259.0
97.10	134.0
103.80	313.0
104.90	120.0
105.90	306.0
115.80	247.0
116.90	446.0
117.90	309.0
118.80	400.0
127.90	318.0
128.90	121.0
129.90	308.0
131.00	131.0
134.80	198.0
136.80	137.0
140.90	886.0
141.90	103.0
143.00	696.0
145.90	143.0
147.70	167.0
148.00	150.0
149.90	103.0
154.90	197.0
156.90	152.0
171.80	227.0
173.00	643.0
174.00	61824.0
175.00	4543.0
176.00	60976.0
176.90	4118.0