Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV091323\
Data File : VV032084.D
Acq On : 13 Sep 2023 18:14
Operator : SY/MD
Sample : 04330-16ME
Misc : 5.87g/5.0mL/100uL/5.0mL/MSVOA_V/MEOH
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :

Quant Time: Sep 14 06:24:59 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM082323WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Thu Sep 14 06:19:55 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Difluorobenzene	5.535	114	396462	50.000	ug/L	0.00
28) Chlorobenzene-d5	8.789	117	377166	50.000	ug/L	0.00
58) 1,4-Dichlorobenzene-d4	11.191	152	204315	50.000	ug/L	0.00
System Monitoring Compounds						
4) Vinyl Chloride-d3	1.275	65	89539	36.087	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 135		Recovery = 72.180%			
7) Chloroethane-d5	1.503	69	25831	11.876	ug/L	-0.03
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 130		Recovery = 23.760%#			
11) 1,1-Dichloroethene-d2	2.034	65	38497	33.135	ug/L	-0.03
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 66.260%			
21) 2-Butanone-d5	3.802	46	188313	96.499	ug/L	0.02
Spiked Amount 100.000	Range 40 - 130		Recovery = 96.500%			
24) Chloroform-d	4.249	84	197508	36.419	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 72.840%			
26) 1,2-Dichloroethane-d4	4.941	65	134823	37.461	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 74.920%			
32) Benzene-d6	4.957	84	401288	38.991	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 125		Recovery = 77.980%			
36) 1,2-Dichloropropane-d6	5.989	67	139941	42.245	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 70 - 120		Recovery = 84.500%			
41) Toluene-d8	7.246	98	359482	37.909	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 75.820%#			
43) trans-1,3-Dichloroprop...	7.558	79	65975	38.426	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 60 - 125		Recovery = 76.860%			
47) 2-Hexanone-d5	8.043	63	121631	119.799	ug/L	0.02
Spiked Amount 100.000	Range 45 - 130		Recovery = 119.800%			
56) 1,1,2,2-Tetrachloroeth...	10.162	84	192184	44.896	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 120		Recovery = 89.800%			
66) 1,2-Dichlorobenzene-d4	11.567	152	147810	39.685	ug/L	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 80 - 120		Recovery = 79.380%#			

Target Compounds Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV091323\
Data File : VV032084.D
Acq On : 13 Sep 2023 18:14
Operator : SY/MD
Sample : 04330-16ME
Misc : 5.87g/5.0mL/100uL/5.0mL/MSVOA_V/MEOH
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :

Quant Time: Sep 14 06:24:59 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM082323WMA.M
Quant Title : VOC Analysis
QLast Update : Thu Sep 14 06:19:55 2023
Response via : Initial Calibration